

Certificado de Análise Controle da Qualidade

Produto: **VETLISA BABESIA IGM**
Cód. Referência: **VET065**
Lote: **2/23**
Fabricação: **06/2023**
Validade: **06/2024**
Registro MAPA: **10.490/2022**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO VET 01	V0642023	Positivo	Positivo
SORO VET 02	V0652023	Positivo	Positivo
SORO VET 03	V0662023	Positivo	Positivo
SORO VET 04	V1602022	Negativo	Negativo
SORO VET 05	V1562022	Negativo	Negativo

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 16/06/2023



Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade