



## Certificado de Análise

### Controle da Qualidade

Produto: **VETLISA ERLQUIOSE IGM**  
Cód. Referência: **VET066**  
Lote: **1/22**  
Fabricação: **10/2022**  
Validade: **10/2023**  
Registro MAPA: **10.531/2022**

#### RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

| Característica Analisável | Amostra  | Resultado Esperado | Resultado Encontrado |
|---------------------------|----------|--------------------|----------------------|
| SORO VET 01               | V2602022 | Positivo           | Positivo             |
| SORO VET 02               | V2612022 | Positivo           | Positivo             |
| SORO VET 03               | V2622022 | Positivo           | Positivo             |
| SORO VET 04               | V2632022 | Positivo           | Positivo             |
| SORO VET 05               | V2642022 | Positivo           | Positivo             |
| SORO VET 06               | V2652022 | Negativo           | Negativo             |
| SORO VET 07               | V2662022 | Negativo           | Negativo             |
| SORO VET 08               | V2672022 | Negativo           | Negativo             |
| SORO VET 09               | V2682022 | Negativo           | Negativo             |
| SORO VET 10               | V2692022 | Negativo           | Negativo             |

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 07/12/2022

*Barbara Cristina Gonçalves*

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

**SAC** Serviço de  
Assessoria  
ao Cliente  
**0800 031 5454**  
sac@bioclin.com.br  
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07  
QUIBASA - Química Básica Ltda.  
Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - CEP 31565-130  
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - BH - MG  
Brasil - CEP: 31565-130  
tel 31 3499 5454  
SAC 08000315454  
www.bioclin.com.br