

**Certificado de Análise**

## CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

PRODUTO/ Producto / Product: **VETLISA ERLIQUIOSE IGM/VETLISA EHRLICHIOSIS IGM/VETLISA EHRLICHIOSIS IGM**  
REFERÊNCIA/ Referencia/ Reference: **VET066**  
LOTE/Lot: **1/25**  
FABRICAÇÃO/ Fabricación (Mes/Año) / Manufacturing (Month/Year): **05/2025**  
VALIDADE/ Fecha de caducidad (Mes/Año) / Expiration date (Month/Year): **05/2026**  
Registro no MAPA/Registration with MAPA/Registro en MAPA: **10.531/2022**

**Controle de Qualidade do Produto**

## CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

<b>Parâmetros</b> Parametros / Parameter:	<b>Faixa aceitável</b> Rango aceptable / Acceptable range:	<b>Resultados do lote</b> Resultados por lotes / Lot results:
<b>ANÁLISE FUNCIONAL</b> ANÁLISIS FUNCIONAL/FUNCTIONAL ANALYSIS	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>CONFORME</b> De acuerdo/According
<b>ASPECTOS VISUAIS</b> ASPECTOS VISUALES/VISUAL ASPECTS	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>CONFORME</b> De acuerdo/According
<b>ABSORBÂNCIA BRANCO</b> ABSORBENCIA BLANCA/WHITE ABSORBANCE	<b>&lt; 0,100</b>	<b>0,009</b>
<b>ABSORBÂNCIA CONTROLE NEGATIVO</b> CONTROL NEGATIVO DE ABSORBENCIA/ABSORBANCE NEGATIVE CONTROL	<b>0,050 a 0,250</b>	<b>0,158</b>
<b>ABSORBÂNCIA CONTROLE POSITIVO</b> CONTROL POSITIVO DE ABSORBENCIA/ABSORBANCE POSITIVE CONTROL	<b>&gt; 0,800</b>	<b>2,118</b>

NOTE TO ENGLISH READERS: Consider dot (.) as a decimal separator in place of comma (,) on the numbers above.

Data/Fecha (Dia/Mes/Año)/Date (Day/Month/Year): 26/06/2025



Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

Controle de Qualidade Bioclin/Control de la Calidad Bioclin/ Bioclin Quality Control

**SAC** Serviço de  
Assessoria  
ao Cliente  
**0800 031 5454**  
sac@bioclin.com.br  
www.bioclin.com.br

[9.400.787/0001-07]

QUIBASA - Química Básica Ltda.

Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - CEP 31565-130

[BELO HORIZONTE - MG]