

## Certificado de Análise Controle da Qualidade

Produto: **WRIGHT CORANTE HEMATOLÓGICO**

Cód. Referência: **C006**

Lote: **190**

Fabricação: **03/2023**

Validade: **03/2025**


Registro ANVISA: **10269360095**

### RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

| CARACTERÍSTICA ANALISÁVEL | RESULTADO ESPERADO                                                                            | RESULTADO ENCONTRADO |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Hemácias                  | Coloração rósea                                                                               | Conforme             |
| Plaquetas                 | Coloração azulada                                                                             | Conforme             |
| Neutrófilos               | Núcleo azul escuro e citoplasma rosa pálido com granulações que variam de rosa ao azul claro  | Conforme             |
| Linfócitos                | Núcleo azul violeta e o citoplasma azul                                                       | Conforme             |
| Basófilos                 | Núcleo púrpura a azul escuro e citoplasma com granulações volumosas azul escuro               | Conforme             |
| Monócitos                 | Núcleo azul violeta e citoplasma azul claro                                                   | Conforme             |
| Eosinófilos               | Núcleo azul e citoplasma rosa pálido com grânulos volumosos que variam do vermelho ao laranja | Conforme             |

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 23/03/2023



Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica

Controle de Qualidade

**SAC** Serviço de  
Assessoria  
ao Cliente  
**0800 031 5454**  
sac@bioclin.com.br  
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07  
QUIBASA - Química Básica Ltda.  
Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - CEP 31565-130  
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - BH - MG  
Brasil - CEP: 31565-130  
tel 31 3499 5454  
SAC 08000315454  
www.bioclin.com.br