

Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **WRIGHT CORANTE HEMATOLÓGICO**

Cód. Referência: **C006**

Lote: **192**

Fabricação: **04/2023**

Validade: **04/2025**

Registro ANVISA: **10269360095**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

CARACTERÍSTICA ANALISÁVEL	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO ENCONTRADO
Hemácias	Coloração rósea	Conforme
Plaquetas	Coloração azulada	Conforme
Neutrófilos	Núcleo azul escuro e citoplasma rosa pálido com granulações que variam de rosa ao azul claro	Conforme
Linfócitos	Núcleo azul violeta e o citoplasma azul	Conforme
Basófilos	Núcleo púrpura a azul escuro e citoplasma com granulações volumosas azul escuro	Conforme
Monócitos	Núcleo azul violeta e citoplasma azul claro	Conforme
Eosinófilos	Núcleo azul e citoplasma rosa pálido com grânulos volumosos que variam do vermelho ao laranja	Conforme

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 04/05/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br