

**Certificado de Análise**

## CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

PRODUTO/ Producto / Product: **BIOCLIN FAST ML FLOW HANSENÍASE/BIOCLIN FAST ML FLOW ENFERMEDAD DE HANSEN/BIOCLIN FAST ML FLOW LEPROSY**REFERÊNCIA/ Referencia/ Reference: **K254**LOTE/Lot: **27**FABRICAÇÃO/ Fabricación (Mes/Año) /Manufacturing (Month/Year): **11/2025**VALIDADE/ Fecha de caducidad (Mes/Año) / Expiration date (Month/Year): **11/2027**REGISTRO NA ANVISA/Anvisa Brazil: **10269360345****Controle de Qualidade do Produto**

## CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

<b>Parâmetros</b> Parametros / Parameter:	<b>Faixa aceitável</b> Rango aceptable / Acceptable range:	<b>Resultados do lote</b> Resultados por lotes / Lot results:
<b>ANÁLISE FUNCIONAL</b> ANÁLISIS FUNCIONAL/FUNCTIONAL ANALYSIS	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>CONFORME</b> De acuerdo/According
<b>ASPECTOS VISUAIS</b> ASPECTOS VISUALES/VISUAL ASPECTS	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>CONFORME</b> De acuerdo/According
<b>TEMPO DE CORRIDA</b> TIEMPO DE CARRERA/RACE TIME	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>CONFORME</b> De acuerdo/According
<b>SENSIBILIDADE</b> SENSIBILIDAD/SENSITIVITY	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>CONFORME</b> De acuerdo/According
<b>ESPECIFICIDADE</b> ESPECIFICIDAD/SPECIFICITY	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>CONFORME</b> De acuerdo/According
<b>BACKGROUND DE LEITURA</b> ANTECEDENTES DE LECTURA/READING BACKGROUND	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>CONFORME</b> De acuerdo/According

NOTE TO ENGLISH READERS: Consider dot (.) as a decimal separator in place of comma (,) on the numbers above.

Data/Fecha (Dia/Mes/Año)/Date (Day/Month/Year): 19/11/2025



Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

Controle de Qualidade Bioclin/Control de la Calidad Bioclin/ Bioclin Quality Control

**SAC** Serviço de  
Assessoria  
ao Cliente  
**0800 031 5454**  
sac@bioclin.com.br  
www.bioclin.com.br

[9.400.787/0001-07]

QUIBASA - Química Básica Ltda.

Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - CEP 31565-130  
[BELO HORIZONTE - MG]