



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **CREATININA AUTOMAÇÃO**
Cód. Referência: **K222**
Lote: **5**
Fabricação: **08/2020**
Validade: **08/2022**
Registro ANVISA: **10269360328**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0066	1,830	1,807
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0052	4,830	4,837
SORO HUMANO 01	9612020	1,530	1,477
SORO HUMANO 02	9622020	0,850	0,830
SORO HUMANO 03	9632020	0,617	0,627
SORO HUMANO 04	9642020	1,413	1,420
SORO HUMANO 05	10452020	1,100	1,070
URINA HUMANA 01	9512020	43,720	40,897
URINA HUMANA 02	9512020	34,680	32,057
URINA HUMANA 03	9532020	64,520	60,997
URINA HUMANA 04	9542020	74,440	69,683
URINA HUMANA 05	9552020	62,130	58,790

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 14/09/2020

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br