

PRODUTO: **CREATININA AUTOMAÇÃO**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K222**

LOTE: **0007**

FABRICAÇÃO: **02/2021**

VALIDADE: **02/2023**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360328**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

CARACTERÍSTICA ANALISÁVEL	AMOSTRA	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO ENCONTRADO
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N 0068	1,80	1,79
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P 0052	4,83	4,59
SORO HUMANO 01	0332021	2,46	2,41
SORO HUMANO 02	0342021	1,76	1,74
SORO HUMANO 03	0362021	1,05	1,01
SORO HUMANO 04	0382021	3,27	3,21
SORO HUMANO 05	0392021	1,36	1,32

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 01/03/2021



Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica

Controle de Qualidade

19.400.787/0001-07

QUIBASA - Química Básica Ltda.

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130

BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de
Menezes, 92 Santa
Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-
130 tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br

