



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **CREATININA AUTOMAÇÃO**

Cód. Referência: **K222**

Lote: **8**

Fabricação: **04/2021**

Validade: **04/2023**

Registro ANVISA: **10269360328**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0068	1,800	1,797
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0052	4,830	4,530
SORO HUMANO 01	3072021	1,075	1,080
SORO HUMANO 02	3092021	1,240	1,267
SORO HUMANO 03	3212021	1,173	1,130
SORO HUMANO 04	3002021	1,190	1,193
SORO HUMANO 05	2732021	0,910	0,927
URINA HUMANA 01	6502021	199,963	199,260
URINA HUMANA 02	6512021	142,270	142,563
URINA HUMANA 03	6522021	175,777	175,067
URINA HUMANA 04	6532021	118,237	118,960
URINA HUMANA 05	6542021	179,605	176,260

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 07/05/2021

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br