



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **CREATININA AUTOMAÇÃO**
Cód. Referência: **K222**
Lote: **12**
Fabricação: **05/2022**
Validade: **05/2024**
Registro ANVISA: **10269360328**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0073	1,380	1,320
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0056	4,330	4,213
SORO HUMANO 01	5202022	1,510	1,460
SORO HUMANO 02	5212022	0,430	0,480
SORO HUMANO 03	5222022	2,660	2,787
SORO HUMANO 04	5242022	1,470	1,347
SORO HUMANO 05	5252022	0,780	0,777
URINA HUMANA 01	5342022	45,750	53,083
URINA HUMANA 02	5352022	70,250	82,250
URINA HUMANA 03	5362022	34,250	38,000
URINA HUMANA 04	5372022	91,500	103,667
URINA HUMANA 05	5382022	146,000	153,750

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 07/06/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br