



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **CREATININA AUTOMAÇÃO**
Cód. Referência: **K222**
Lote: **14**
Fabricação: **10/2022**
Validade: **10/2024**
Registro ANVISA: **10269360328**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0075	1,510	1,570
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0056	4,330	4,383
SORO HUMANO 01	10082022	1,333	1,363
SORO HUMANO 02	10092022	1,213	1,207
SORO HUMANO 03	10102022	1,170	1,163
SORO HUMANO 04	10122022	1,957	1,943
SORO HUMANO 05	12182022	5,137	5,150
URINA HUMANA 01	12032022	1,860	1,913
URINA HUMANA 02	12042022	2,363	2,510
URINA HUMANA 03	12052022	1,723	1,683
URINA HUMANA 04	12062022	3,805	3,947
URINA HUMANA 05	12072022	3,465	3,620

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 03/11/2022

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br