



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **CREATININA AUTOMAÇÃO**
Cód. Referência: **K222**
Lote: **15**
Fabricação: **02/2023**
Validade: **02/2025**
Registro ANVISA: **10269360328**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0077	1,510	1,523
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0057	4,400	4,387
SORO HUMANO 01	14952022	0,850	0,833
SORO HUMANO 02	14962022	1,210	1,193
SORO HUMANO 03	14972022	1,203	1,167
SORO HUMANO 04	14982022	1,203	1,213
SORO HUMANO 05	14992022	0,893	0,900
URINA HUMANA 01	1402023	175,250	179,250
URINA HUMANA 02	1412023	49,000	48,750
URINA HUMANA 03	1422023	73,000	72,250
URINA HUMANA 04	1432023	133,750	135,750
URINA HUMANA 05	1442023	87,250	87,500

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 24/03/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br