



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **CREATININA AUTOMAÇÃO**
Cód. Referência: **K222**
Lote: **16**
Fabricação: **05/2023**
Validade: **05/2025**
Registro ANVISA: **10269360328**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0077	1,510	1,600
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0058	4,400	4,597
SORO HUMANO 01	5392023	0,760	0,843
SORO HUMANO 02	5402023	0,923	0,973
SORO HUMANO 03	5412023	1,190	1,260
SORO HUMANO 04	5422023	0,977	1,053
SORO HUMANO 05	5432023	2,157	2,340
URINA HUMANA 01	5962023	2,987	2,863
URINA HUMANA 02	5972023	3,807	3,647
URINA HUMANA 03	5982023	1,710	1,617
URINA HUMANA 04	5992023	1,583	1,500
URINA HUMANA 05	6002023	1,903	1,820

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 30/05/2023

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br