



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **CREATININA AUTOMAÇÃO**
Cód. Referência: **K222**
Lote: **17**
Fabricação: **07/2023**
Validade: **07/2025**
Registro ANVISA: **10269360328**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0078	1,210	1,113
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0059	4,500	4,363
SORO HUMANO 01	7042023	1,467	1,477
SORO HUMANO 02	7422023	1,120	1,160
SORO HUMANO 03	6952023	1,170	1,160
SORO HUMANO 04	6782023	0,963	0,990
SORO HUMANO 05	5462023	1,607	1,893
URINA HUMANA 01	10222023	58,430	60,183
URINA HUMANA 02	10232023	53,960	56,060
URINA HUMANA 03	10242023	93,010	95,510
URINA HUMANA 04	10252023	83,110	84,740
URINA HUMANA 05	10262023	49,800	50,510

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 07/08/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br