

*Certificado de Análise*  
Controle da Qualidade

PRODUTO: **BIO GENE EXTRAÇÃO DNA/RNA VIRAL**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K204**

LOTE: **0032**

FABRICAÇÃO: **04/2021**

VALIDADE: **04/2022**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360296**

## RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

A performance do produto é avaliada funcionalmente utilizando os seguintes testes.

**Verificação de Absorbância:** Razão entre as densidades ópticas (DO) 260nm e 280nm  $\geq 2,0$ .

Resultado: Satisfatório

**PCR e Eletroforese em gel de agarose:** Análise da amplificação e do DNA/RNA em gel. As bandas devem aparecer íntegras sem traços de degradação.

Resultado: Satisfatório

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 18/05/2021

*Bárbara Cristina Gonçalves*

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade



**SAC** Serviço de  
Assessoria  
ao Cliente  
**0800 031 5454**  
sac@bioclin.com.br  
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07  
QUIBASA - Química Básica Ltda.  
Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - CEP 31565-130  
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de  
Menezes, 92 Santa  
Branca - BH - MG  
Brasil - CEP: 31565-  
130 tel 31 3499 5454  
SAC 08000315454  
www.bioclin.com.br