



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **BIO GENE EXTRAÇÃO DE DNA/RNA VIRAL**
Cód. Referência: **K204**
Lote: **33**
Fabricação: **10/2021**
Validade: **10/2022**
Registro ANVISA: **10269360296**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO HUMANO 01	2021/1269	1,000	1,000
SORO HUMANO 02	2021/1269	1,000	1,000
SORO HUMANO 03	2021/1018	1,000	1,000

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 29/10/2021

Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br