

Certificado de Análise

Controle da Qualidade

PRODUTO: **BIO GENE EXTRAÇÃO DE gDNA**

REF: **K205**

LOTE: **0017**

FABRICAÇÃO: **11/2021**

VALIDADE: **09/2022**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360297**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

A performance do produto é avaliada funcionalmente utilizando os seguintes testes:

Verificação de Absorbância: Razão entre as densidades ópticas (DO) 260nm e 280nm $\geq 1,8$.


Resultado: Satisfatório

PCR e Eletroforese em gel de agarose: Análise da amplificação e do DNA em gel. As bandas devem aparecer íntegras sem traços de degradação.

Resultado: Satisfatório

O Departamento de Controle da Qualidade aprova o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 08/11/2021



Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica

Controle de Qualidade