

Certificado de Análise
Controle da Qualidade

PRODUTO: **BIO GENE EXTRAÇÃO DNA/RNA VIRAL**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K204**

LOTE: **0035**

FABRICAÇÃO: **05/2022**

VALIDADE: **11/2022**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360296**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

A performance do produto é avaliada funcionalmente utilizando os seguintes testes.

Verificação de Absorbância: Razão entre as densidades ópticas (DO) 260nm e 280nm $\geq 2,0$.

Resultado: Satisfatório

PCR e Eletroforese em gel de agarose: Análise da amplificação e do DNA/RNA em gel. As bandas devem aparecer íntegras sem traços de degradação.

Resultado: Satisfatório

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 31/05/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade