

*Certificado de Análise*  
Controle da Qualidade

PRODUTO: **BIO GENE EXTRAÇÃO DNA/RNA VIRAL**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K204**

LOTE: **0039**

FABRICAÇÃO: **01/2024**

VALIDADE: **07/2024**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360296**

## RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

A performance do produto é avaliada funcionalmente utilizando os seguintes testes.

**Verificação de Absorbância:** Razão entre as densidades ópticas (DO) 260nm e 280nm  $\geq 2,0$ .

Resultado: Satisfatório

**PCR e Eletroforese em gel de agarose:** Análise da amplificação e do DNA/RNA em gel. As bandas devem aparecer íntegras sem traços de degradação.

Resultado: Satisfatório

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 17/01/2024

*Bárbara Cristina Gonçalves*

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade