

PRODUTO: **BIOCAL**
CÓDIGO REFERÊNCIA: **K072**
LOTE: **0057**
FABRICAÇÃO: **08/2022**
VALIDADE: **08/2024**
REGISTRO NA ANVISA: **10269360123**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Bioclin		BIOCAL LOTE 0057	Val:	2024/08
Análito	Metodologia	Valor	Unidade	
ÁCIDO ÚRICO	ENZIMÁTICO URICASE - PEROXIDASE	6,10	mg/dL	
ALBUMINA	VERDE DE BROMOCRESOL	5,00	g/dL	
AMILASE	CINÉTICA CNPG	150,00	U/L-37°C	
AMILASE	CINÉTICA EPG7-IFCC	119,00	U/L	
BILIRRUBINA DIRETA	DICLOROFENIL DIAZÔNIO (DPD)	0,94	mg/dL	
BILIRRUBINA TOTAL	DICLOROFENIL DIAZÔNIO (DPD)	2,48	mg/dL	
CÁLCIO	ARSENATO III	12,00	mg/dL	
CAPACIDADE LATENTE DE FIXAÇÃO DE FERRO	FERROZINE AUTOMAÇÃO	194,00	µg/dL	
CK MB	CINÉTICO UV - IMUNOINIBIÇÃO IFCC	90,00	U/L	
CK TOTAL	CINÉTICO UV - IFCC	207,00	U/L	
CLORETOS	MONORREAGENTE - TIOCIANATO DE MERCÚRIO	80,00	mEq/L	
COLESTEROL	ENZIMÁTICO LIPASE - OXIDASE - PEROXIDASE	187,00	mg/dL	
COLESTEROL HDL	DIRETO	51,00	mg/dL	
COLESTEROL LDL	DIRETO	84,00	mg/dL	
COLINESTERASE	DGKC	9.155,00	U/L	
CREATININA	AUTOMAÇÃO - REAÇÃO DE JAFFÉ	5,89	mg/dL	
CREATININA	CINÉTICO - REAÇÃO DE JAFFÉ	4,18	mg/dL	
CREATININA	ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO	5,60	mg/dL	
DESIDROGENASE LÁTICA LDH	CINÉTICO UV DGKC	440,00	U/L - 37°C	
FERRO SÉRICO	GOODWING MOD. - FERROZINE AUTOMAÇÃO	230,00	µg/dL	
FOSFATASE ALCALINA	CINÉTICA IFCC	277,00	U/L	
FÓSFORO	FOSFOMOLIBDATO UV	4,00	mg/dL	
GAMA GT	SZASZ IFCC	111,00	U/L - 37°C	
GLICOSE	ENZIMÁTICO GLICOSE OXIDASE - PEROXIDASE	106,00	mg/dL	
LACTATO	UV ENZIMÁTICO LACTATO DESIDROGENASE	44,00	mg/dL	
LIPASE	ENZIMÁTICO - ÉSTER DE METIL RESORUFINA	91,00	U/L	
MAGNÉSIO	MAGON SULFONADO - AZUL DE XILIDIL	2,40	mg/dL	
PROTEÍNAS TOTAIS	BIURETO	8,00	g/dL	
TRANSAMINASE ALT (TGP)	CINÉTICO UV - IFCC - SEM PIRIDOXAL FOSFATO	113,00	U/L - 37°C	
TRANSAMINASE AST (TGO)	CINÉTICO UV - IFCC - SEM PIRIDOXAL FOSFATO	138,00	U/L - 37°C	
TRIGLICÉRIDES	LIPASE - GLICEROL KINASE - GPO - PEROXIDASE	332,00	mg/dL	
UREIA	CINÉTICO UV UREASE - GLDH	52,00	mg/dL	

Português

Data: 28/09/2022

L4Araza

Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de
Menezes, 92 Santa
Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-
130 tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br