



Certificado de Análise - Controle da Qualidade

PRODUTO: **BIOCAL**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K072**

LOTE: **0058**

FABRICAÇÃO: **02/2023**

VALIDADE: **02/2025**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360123**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE



BIOCAL LOTE 0058

Val: 2025/02

Analito	Metodologia	Valor	Unidade
ÁCIDO ÚRICO	ENZIMÁTICO URICASE - PEROXIDASE	4,30	mg/dL
ALBUMINA	VERDE DE BROMOCRESOL	4,90	g/dL
AMILASE	CINÉTICA CNPG	154,00	U/L - 37°C
AMILASE	CINÉTICA EPGT-IFCC	122,00	U/L
BILIRRUBINA DIRETA	DICLOROFENIL DIAZÔNIO (DPD)	1,09	mg/dL
BILIRRUBINA TOTAL	DICLOROFENIL DIAZÔNIO (DPD)	3,01	mg/dL
CÁLCIO	ARSENATO III	11,80	mg/dL
CAPACIDADE LATENTE DE FIXAÇÃO DE FERRO	FERROZINE AUTOMAÇÃO	235,00	µg/dL
CK MB	CINÉTICO UV - IMUNOINIBIÇÃO IFCC	78,00	U/L
CK TOTAL	CINÉTICO UV - IFCC	224,00	U/L
CLORETOS	MONORREAGENTE - TIOCIANATO DE MERCÚRIO	83,00	mEq/L
COLESTEROL	ENZIMÁTICO LIPASE - OXIDASE - PEROXIDASE	179,00	mg/dL
COLESTEROL HDL	DIRETO	54,00	mg/dL
COLESTEROL LDL	DIRETO	88,00	mg/dL
COLINESTERASE	DGKC	8.885,00	U/L
CREATININA	AUTOMAÇÃO - REAÇÃO DE JAFFÉ	4,71	mg/dL
CREATININA	ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO	4,41	mg/dL
DESIDROGENASE LÁTICA LDH	CINÉTICO UV DGKC	310,00	U/L - 37°C
FERRO SÉRICO	GOODWING MOD. - FERROZINE AUTOMAÇÃO	169,00	µg/dL
FOSFATASE ALCALINA	CINÉTICA IFCC	226,00	U/L
FÓSFORO	FOSFOMOLIBDATO UV	3,00	mg/dL
GAMA GT	SZASZ IFCC	91,00	U/L - 37°C
GLICOSE	ENZIMÁTICO GLICOSE OXIDASE - PEROXIDASE	103,00	mg/dL
LACTATO	UV ENZIMÁTICO LACTATO DESIDROGENASE	44,50	mg/dL
LIPASE	ENZIMÁTICO - ÉSTER DE METIL RESORUFINA	85,00	U/L
MAGNÉSIO	MAGON SULFONADO - AZUL DE XILIDIL	2,20	mg/dL
PROTEÍNAS TOTAIS	BIURETO	7,80	g/dL
TRANSAMINASE ALT (TGP)	CINÉTICO UV - IFCC - SEM PIRIDOXAL FOSFATO	87,00	U/L - 37°C
TRANSAMINASE AST (TGO)	CINÉTICO UV - IFCC - SEM PIRIDOXAL FOSFATO	77,00	U/L - 37°C
TRIGLICÉRIDES	LIPASE - GLICEROL KINASE - GPO - PEROXIDASE	195,00	mg/dL
UREIA	CINÉTICO UV UREASE - GLDH	44,00	mg/dL

Português

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 17/03/2022

L. T. Souza

Livia Tereza de Andrade Souza - Bioquímica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de
Menezes, 92 Santa
Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-
130 tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br