



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **CK MB UV**
Cód. Referência: **K069**
Lote: **82**
Fabricação: **11/2022**
Validade: **02/2024**
Registro ANVISA: **10269360073**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0075	37,000	36,000
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0057	73,000	73,333
SORO HUMANO 01	10082022	25,333	24,667
SORO HUMANO 02	10092022	41,000	37,667
SORO HUMANO 03	10102022	20,000	22,000
SORO HUMANO 04	10122022	77,000	79,000
SORO HUMANO 05	12182022	166,333	153,333

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 29/11/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br