



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **CK MB UV**
Cód. Referência: **K069**
Lote: **83**
Fabricação: **05/2023**
Validade: **08/2024**
Registro ANVISA: **10269360073**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0077	35,000	34,333
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0058	70,000	70,667
SORO HUMANO 01	6872023	64,000	52,000
SORO HUMANO 02	6862023	28,667	26,333
SORO HUMANO 03	6732023	24,667	20,667
SORO HUMANO 04	6692023	14,667	14,333
SORO HUMANO 05	6712023	17,333	16,000
SORO HUMANO 06	6912023	8,000	8,333
SORO HUMANO 07	6702023	9,333	9,333
SORO HUMANO 08	6722023	51,667	43,667
SORO HUMANO 09	6802023	66,000	61,000
SORO HUMANO 10	6742023	6,333	6,333

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 16/06/2023

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br