

## *Certificado de Análise* Controle da Qualidade

Produto: **CONTROLE HBA1C**

Cod. Referência: **K110**

Lote: **0029**

Fabricação: **01/2020**

Validade: **07/2021**

Registro Avisa: **10269360177**

### RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

| Característica Analisável | Amostra                  | Resultado (%) | Intervalo (%) |
|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| CONTROLE HBA1C 1          | CONTROLE HBA1C LOTE 0028 | 5,25          | 4,46 – 6,04   |
| CONTROLE HBA1C 2          | CONTROLE HBA1C LOTE 0028 | 11,13         | 9,46 – 12,80  |

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 14/01/2020

  
Sílvio Cordeiro de Castro – Farmacêutico Bioquímico  
Controle da Qualidade



**SAC** Serviço de  
Assessoria ao Cliente  
**0800 031 5454**  
[sac@bioclin.com.br](mailto:sac@bioclin.com.br)