

PRODUTO: **CONTROLE HBA1C**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K110**

LOTE: **0039**

FABRICAÇÃO: **08/2023**

VALIDADE: **04/2025**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360177**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado (%)	Intervalo (%)
CONTROLE HBA1C 1	CONTROLE HBA1C LOTE 0039	5,04	4,28 – 5,80
CONTROLE HBA1C 2	CONTROLE HBA1C LOTE 0039	10,08	8,57 – 11,59

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 03/10/2023



Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica

Controle de Qualidade