

## Certificado de Análise Controle da Qualidade

Produto: **PROBE HIPER CLEANSER BIO MD**  
Cód. Referência: **L007**  
Lote: **17**  
Fabricação: **03/2023**  
Validade: **03/2024**  
Registro ANVISA: **10269360214**

### RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
PH	PROBE HIPER CLEANSER BIO MD	12,300	12,100

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 29/03/2023



Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica  
Controle de Qualidade