



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **PROBE HIPER CLEANSER BIO MD**
Cód. Referência: **L007**
Lote: **27**
Fabricação: **09/2023**
Validade: **08/2024**
Registro ANVISA: **10269360214**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
PH	PROBE HIPER CLEANSER BIO MD	12,300	12,400

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 04/09/2023

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br