



## Certificado de Análise

### Controle da Qualidade

Produto: **PROBE HIPER CLEANSER BIO MD**  
Cód. Referência: **L007**  
Lote: **28**  
Fabricação: **09/2023**  
Validade: **08/2024**  
Registro ANVISA: **10269360214**

#### RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

| Característica Analisável | Amostra                     | Resultado Esperado | Resultado Encontrado |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|
| PH                        | PROBE HIPER CLEANSER BIO MD | 12,300             | 12,470               |

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 04/09/2023

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica  
Controle de Qualidade

**SAC** Serviço de  
Assessoria  
ao Cliente  
**0800 031 5454**  
sac@bioclin.com.br  
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - BH - MG  
Brasil - CEP: 31565-130  
tel 31 3499 5454  
SAC 08000315454  
www.bioclin.com.br