



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: CLORETOS MONORREAGENTE
Cód. Referência: K221
Lote: 6
Fabricação: 12/2020
Validade: 04/2022
Registro ANVISA: 10269360329

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0067	101,000	102,000
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0052	128,000	128,000
SORO HUMANO 01	9682020	92,667	93,333
SORO HUMANO 02	11072020	114,667	114,667
SORO HUMANO 03	10942020	134,333	134,667
SORO HUMANO 04	10962020	122,667	122,333
SORO HUMANO 05	11132020	120,333	120,333

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico in vitro.

Data: 18/12/2020

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br