

PRODUTO: **COLINESTERASE**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K094**

LOTE: **33**

FABRICAÇÃO: **02/2022**

VALIDADE: **02/2024**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360159**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

CARACTERÍSTICA ANALISÁVEL	AMOSTRA	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO ENCONTRADO
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0072	6014,00	6039,33
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0055	7980,00	8217,67
SORO HUMANO 01	14742021	5100,00	5210,00
SORO HUMANO 02	0392022	10.499,00	10.378,33
SORO HUMANO 03	0542022	6683,00	6824,00
SORO HUMANO 04	0782022	6535,00	6684,00
SORO HUMANO 05	0792022	8732,00	8961,00

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 15/02/2022



Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade