

PRODUTO: **BIOCAL**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K072**

LOTE: **0060**

FABRICAÇÃO: **12/2023**

VALIDADE: **12/2025**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360123**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Bioclin	BIOCAL LOTE 0060	Metodologia	Valor	Val: 2025/12	Português
Análito					Unidade
ÁCIDO ÚRICO	ENZIMÁTICO URICASE - PEROXIDASE		4,30		mg/dL
ALBUMINA	VERDE DE BROMOCRESOL		4,90		g/dL
AMILASE	CINÉTICA CNPG		159,00		U/L - 37°C
AMILASE	CINÉTICA EPG7-IFCC		122,00		U/L
BILIRRUBINA DIRETA	DICLOROFENIL DIAZÔNIO (DPD)		1,08		mg/dL
BILIRRUBINA TOTAL	DICLOROFENIL DIAZÔNIO (DPD)		2,87		mg/dL
CÁLCIO	ARSENATO III		11,80		mg/dL
CAPACIDADE LATENTE DE FIXAÇÃO DE FERRO	FERROZINE AUTOMAÇÃO		235,00		µg/dL
CK MB	CINÉTICO UV - IMUNOINIBIÇÃO IFCC		77,00		U/L
CK TOTAL	CINÉTICO UV - IFCC		223,00		U/L
CLORETOS	MONORREAGENTE - TIOCIANATO DE MERCÚRIO		83,00		mEq/L
COLESTEROL	ENZIMÁTICO LIPASE - OXIDASE - PEROXIDASE		181,00		mg/dL
COLESTEROL HDL	DIRETO		54,00		mg/dL
COLESTEROL LDL	DIRETO		88,00		mg/dL
COLINESTERASE	DGKC		8.846,00		U/L
CREATININA	AUTOMAÇÃO - REAÇÃO DE JAFFÉ		4,71		mg/dL
CREATININA	ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO		4,41		mg/dL
DESIDROGENASE LÁTICA LDH	CINÉTICO UV DGKC		310,00		U/L - 37°C
FERRO SÉRICO	GOODWING MOD. - FERROZINE AUTOMAÇÃO		161,00		µg/dL
FOSFATASE ALCALINA	CINÉTICA IFCC		208,00		U/L
FÓSFORO	FOSFOMOLIBDATO UV		3,00		mg/dL
GAMA GT	SZASZ IFCC		91,00		U/L - 37°C
GLICOSE	ENZIMÁTICO GLICOSE OXIDASE - PEROXIDASE		103,00		mg/dL
LACTATO	UV ENZIMÁTICO LACTATO DESIDROGENASE		44,50		mg/dL
LIPASE	ENZIMÁTICO - ÉSTER DE METIL RESORUFINA		87,00		U/L
MAGNÉSIO	MAGON SULFONADO - AZUL DE XILIDIL		2,20		mg/dL
PROTEÍNAS TOTAIS	BIURETO		7,60		g/dL
TRANSAMINASE ALT (TGP)	CINÉTICO UV - IFCC - SEM PIRIDOXAL FOSFATO		87,00		U/L - 37°C
TRANSAMINASE AST (TGO)	CINÉTICO UV - IFCC - SEM PIRIDOXAL FOSFATO		77,00		U/L - 37°C
TRIGLICÉRIDES	LIPASE - GLICEROL KINASE - GPO - PEROXIDASE		193,00		mg/dL
UREIA	CINÉTICO UV UREASE - GLDH		44,00		mg/dL

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 09/02/2024

L4 Souza
Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade