

PRODUTO: **BIOCAL**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K072**

LOTE: **0061**

FABRICAÇÃO: **04/2024**

VALIDADE: **04/2026**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360123**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Bioclin	Analito	Metodologia	Valor	Val: 2026/04	Unidade
	ÁCIDO ÚRICO	ENZIMÁTICO URICASE - PEROXIDASE	4,30		mg/dL
	ALBUMINA	VERDE DE BROMOCRESOL	4,90		g/dL
	AMILASE	CINÉTICA CNPG	159,00		U/L - 37°C
	AMILASE	CINÉTICA EPG7-IFCC	122,00		U/L
	BILIRRUBINA DIRETA	DICLOROFENIL DIAZÔNIO (DPD)	1,08		mg/dL
	BILIRRUBINA TOTAL	DICLOROFENIL DIAZÔNIO (DPD)	2,87		mg/dL
	CÁLCIO	ARSENATO III	11,80		mg/dL
	CAPACIDADE LATENTE DE FIXAÇÃO DE FERRO	FERROZINE AUTOMAÇÃO	235,00		µg/dL
	CK MB	CINÉTICO UV - IMUNOINIBIÇÃO IFCC	77,00		U/L
	CK TOTAL	CINÉTICO UV - IFCC	223,00		U/L
	CLORETOS	MONORREAGENTE - TIOCIANATO DE MERCÚRIO	80,00		mEq/L
	COLESTEROL	ENZIMÁTICO LIPASE - OXIDASE - PEROXIDASE	181,00		mg/dL
	COLESTEROL HDL	DIRETO	54,00		mg/dL
	COLESTEROL LDL	DIRETO	88,00		mg/dL
	COLINESTERASE	DGKC	8.846,00		U/L
	CREATININA	AUTOMAÇÃO - REAÇÃO DE JAFFÉ	4,71		mg/dL
	CREATININA	ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO	4,41		mg/dL
	DESIDROGENASE LÁTICA LDH	CINÉTICO UV DGKC	310,00		U/L - 37°C
	FERRO SÉRICO	GOODWING MOD. - FERROZINE AUTOMAÇÃO	161,00		µg/dL
	FOSFATASE ALCALINA	CINÉTICA IFCC	208,00		U/L
	FÓSFORO	FOSFOMOLIBDATO UV	3,00		mg/dL
	GAMA GT	SZASZ IFCC	91,00		U/L - 37°C
	GLICOSE	ENZIMÁTICO GLICOSE OXIDASE - PEROXIDASE	103,00		mg/dL
	LACTATO	UV ENZIMÁTICO LACTATO DESIDROGENASE	44,50		mg/dL
	LIPASE	ENZIMÁTICO - ÉSTER DE METIL RESORUFINA	87,00		U/L
	MAGNÉSIO	MAGON SULFONADO - AZUL DE XILIDIL	2,20		mg/dL
	PROTEÍNAS TOTAIS	BIURETO	7,60		g/dL
	TRANSAMINASE ALT (TGP)	CINÉTICO UV - IFCC - SEM PIRIDOXAL FOSFATO	87,00		U/L - 37°C
	TRANSAMINASE AST (TGO)	CINÉTICO UV - IFCC - SEM PIRIDOXAL FOSFATO	77,00		U/L - 37°C
	TRIGLICÉRIDES	LIPASE - GLICEROL KINASE - GPO - PEROXIDASE	193,00		mg/dL
	UREIA	CINETICO UV UREASE - GLDH	44,00		mg/dL

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 17/06/2024

L4 Souza
Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade