



Certificado de Análise - Controle da Qualidade

PRODUTO: **BIOCAL**
CÓDIGO REFERÊNCIA: **K072**
LOTE: **0063**
FABRICAÇÃO: **08/2024**
VALIDADE: **08/2026**
REGISTRO NA ANVISA: **10269360123**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Bioclin		BIOCAL LOTE 0063	Val:	2026/08
Análito	Metodologia	Valor	Unidade	
ÁCIDO ÚRICO	ENZIMÁTICO URICASE - PEROXIDASE	5,80	mg/dL	
ALBUMINA	VERDE DE BROMOCRESOL	5,10	g/dL	
AMILASE	CINÉTICA CNPG	140,00	U/L - 37°C	
BILIRRUBINA DIRETA	DICLOROFENIL DIAZÔNIO (DPD)	1,09	mg/dL	
BILIRRUBINA TOTAL	DICLOROFENIL DIAZÔNIO (DPD)	3,01	mg/dL	
CÁLCIO	ARSENATO III	10,30	mg/dL	
CAPACIDADE LATENTE DE FIXAÇÃO DE FERRO	FERROZINE AUTOMAÇÃO	255,00	µg/dL	
CK MB	CINÉTICO UV - IMUNOINIBIÇÃO IFCC	85,00	U/L	
CK TOTAL	CINÉTICO UV - IFCC	230,00	U/L	
CLORETOS	MONORREAGENTE - TIOCIANATO DE MERCÚRIO	77,00	mEq/L	
COLESTEROL	ENZIMÁTICO LIPASE - OXIDASE - PEROXIDASE	204,00	mg/dL	
COLESTEROL HDL	DIRETO	54,00	mg/dL	
COLESTEROL LDL	DIRETO	63,00	mg/dL	
COLINESTERASE	DGKC	8.885,00	U/L	
CREATININA	AUTOMAÇÃO - REAÇÃO DE JAFFÉ	4,50	mg/dL	
CREATININA	ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO	4,04	mg/dL	
DESIDROGENASE LÁTICA LDH	CINÉTICO UV DGKC	558,00	U/L - 37°C	
FERRO SÉRICO	GOODWING MOD. - FERROZINE AUTOMAÇÃO	181,00	µg/dL	
FOSFATASE ALCALINA	CINÉTICA IFCC	234,00	U/L	
FÓSFORO	FOSFOMOLIBDATO UV	4,10	mg/dL	
GAMA GT	SZSZ IFCC	91,00	U/L - 37°C	
GLICOSE	ENZIMÁTICO GLICOSE OXIDASE - PEROXIDASE	118,00	mg/dL	
LACTATO	UV ENZIMÁTICO LACTATO DESIDROGENASE	42,00	mg/dL	
LIPASE	ENZIMÁTICO - ÉSTER DE METIL RESORUFINA	81,00	U/L	
MAGNÉSIO	MAGON SULFONADO - AZUL DE XILIDIL	2,10	mg/dL	
PROTEÍNAS TOTAIS	BIURETO	7,80	g/dL	
TRANSAMINASE ALT (TGP)	CINÉTICO UV - IFCC - SEM PIRIDOXAL FOSFATO	84,00	U/L - 37°C	
TRANSAMINASE AST (TGO)	CINÉTICO UV - IFCC - SEM PIRIDOXAL FOSFATO	88,00	U/L - 37°C	
TRIGLICÉRIDES	LIPASE - GLICEROL KINASE - GPO - PEROXIDASE	193,00	mg/dL	
UREIA	CINÉTICO UV UREASE - GLDH	50,00	mg/dL	

Português

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 24/09/2024

Barbara Cristina Gonçalves
Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de
Menezes, 92 Santa
Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-
130 tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br