

PRODUTO: **BIOCAL**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K072**

LOTE: **0065**

FABRICAÇÃO: **08/2024**

VALIDADE: **08/2026**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360123**

## RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Bioclin

BIOCAL LOTE 0065

Val: 2026/08

| Análito                                | Metodologia                                 | Valor    | Unidade    |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| ÁCIDO ÚRICO                            | ENZIMÁTICO URICASE - PEROXIDASE             | 5,60     | mg/dL      |
| ALBUMINA                               | VERDE DE BROMOCRESOL                        | 5,10     | g/dL       |
| AMILASE                                | CINÉTICA CNPG                               | 140,00   | U/L - 37°C |
| BILIRRUBINA DIRETA                     | DICLOROFENIL DIAZÔNIO (DPD)                 | 1,09     | mg/dL      |
| BILIRRUBINA TOTAL                      | DICLOROFENIL DIAZÔNIO (DPD)                 | 3,01     | mg/dL      |
| CÁLCIO                                 | ARSENATO III                                | 10,30    | mg/dL      |
| CAPACIDADE LATENTE DE FIXAÇÃO DE FERRO | FERROZINE AUTOMAÇÃO                         | 255,00   | µg/dL      |
| CK MB                                  | CINÉTICO UV - IMUNOINIBIÇÃO IFCC            | 85,00    | U/L        |
| CK TOTAL                               | CINÉTICO UV - IFCC                          | 230,00   | U/L        |
| CLORETOS                               | MONORREAGENTE - TIOCIANATO DE MERCÚRIO      | 77,00    | mEq/L      |
| COLESTEROL                             | ENZIMÁTICO LIPASE - OXIDASE - PEROXIDASE    | 204,00   | mg/dL      |
| COLESTEROL HDL                         | DIRETO                                      | 54,00    | mg/dL      |
| COLESTEROL LDL                         | DIRETO                                      | 63,00    | mg/dL      |
| COLINESTERASE                          | DGKC                                        | 8.885,00 | U/L        |
| CREATININA                             | AUTOMAÇÃO - REAÇÃO DE JAFFÉ                 | 4,50     | mg/dL      |
| CREATININA                             | ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO                    | 4,04     | mg/dL      |
| DESIDROGENASE LÁTICA LDH               | CINÉTICO UV DGKC                            | 556,00   | U/L - 37°C |
| FERRO SÉRICO                           | GOODWING MOD. - FERROZINE AUTOMAÇÃO         | 181,00   | µg/dL      |
| FOSFATASE ALCALINA                     | CINÉTICA IFCC                               | 234,00   | U/L        |
| FÓSFORO                                | FOSFOMOLIBDATO UV                           | 4,10     | mg/dL      |
| GAMA GT                                | SZASZ IFCC                                  | 91,00    | U/L - 37°C |
| GLICOSE                                | ENZIMÁTICO GLICOSE OXIDASE - PEROXIDASE     | 118,00   | mg/dL      |
| LACTATO                                | UV ENZIMÁTICO LACTATO DESIDROGENASE         | 42,00    | mg/dL      |
| LIPASE                                 | ENZIMÁTICO - ÉSTER DE METIL RESORUFINA      | 81,00    | U/L        |
| MAGNÉSIO                               | MAGON SULFONADO - AZUL DE XILIDIL           | 2,10     | mg/dL      |
| PROTEÍNAS TOTAIS                       | BIURETO                                     | 7,60     | g/dL       |
| TRANSAMINASE ALT (TGP)                 | CINÉTICO UV - IFCC - SEM PIRIDOXAL FOSFATO  | 84,00    | U/L - 37°C |
| TRANSAMINASE AST (TGO)                 | CINÉTICO UV - IFCC - SEM PIRIDOXAL FOSFATO  | 88,00    | U/L - 37°C |
| TRIGLICÉRIDES                          | LIPASE - GLICEROL KINASE - GPO - PEROXIDASE | 193,00   | mg/dL      |
| UREIA                                  | CINÉTICO UV UREASE - GLDH                   | 50,00    | mg/dL      |

Português

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 27/09/2024

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

**SAC** Serviço de  
Assessoria  
ao Cliente  
**0800 031 5454**  
sac@bioclin.com.br  
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07  
QUIBASA - Química Básica Ltda.  
Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - CEP 31565-130  
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de  
Menezes, 92 Santa  
Branca - BH - MG  
Brasil - CEP: 31565-  
130 tel 31 3499 5454  
SAC 08000315454  
www.bioclin.com.br