



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **DIMERO D**
Cód. Referência: **K225**
Lote: **7**
Fabricação: **08/2023**
Validade: **06/2024**
Registro ANVISA: **10269360344**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
CONTROLE DÍMERO D NÍVEL 1	CONTROLE DIMERO D LOTE 0006	549,000	534,000
CONTROLE DÍMERO D NÍVEL 2	CONTROLE DIMERO D LOTE 0006	7610,000	7413,330
SORO HUMANO 01	10882023	190,333	192,000
SORO HUMANO 02	10892023	145,667	148,333
SORO HUMANO 03	10902023	354,000	373,333
SORO HUMANO 04	10912023	140,000	153,000
SORO HUMANO 05	1922023	322,333	364,000

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 21/08/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br