



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **ERLIQUIOSE IGG VET FAST**
Cód. Referência: **VET001**
Lote: **3/23**
Fabricação: **09/2023**
Validade: **09/2025**
Registro MAPA: **10.304/2020**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO VET 01	V0302023	Positivo	Positivo
SORO VET 02	V0312023	Positivo	Positivo
SORO VET 03	V0322023	Positivo	Positivo
SORO VET 04	V0332023	Positivo	Positivo
SORO VET 05	V0342023	Positivo	Positivo
SORO VET 06	V0392023	Negativo	Negativo
SORO VET 07	V0402023	Negativo	Negativo
SORO VET 08	V0412023	Negativo	Negativo
SORO VET 09	V0422023	Negativo	Negativo
SORO VET 10	V0432023	Negativo	Negativo

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 29/09/2023

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br