

ERLIQUIOSE IgG VET FAST

USO VETERINÁRIO

REF VET001

INSTRUÇÕES DE USO

FINALIDADE
Teste imunocromatográfico rápido para a determinação qualitativa de Anticorpos IgG Anti-*Ehrlichia canis* em amostras caninas de soro, plasma ou sangue total.

PRINCÍPIO DE AÇÃO
Metodologia: Imunocromatografia
O Eriquiose IgG VET FAST é um teste de diagnóstico *in vitro*, para detecção rápida e qualitativa de Anticorpos IgG Anti-*Ehrlichia canis*, em amostras de soro, plasma ou sangue total.
O cassete é constituído de uma membrana de nitrocelulose, impregnada na linha teste com Antígeno recombinante de *Ehrlichia canis*. O Conjugado é constituído de Anticorpo de camundongo Anti-IgG de cão, conjugado a partículas de ouro coloidal. Quando se adiciona a amostra no cassete, ela migra por capilaridade, até alcançar o Conjugado. Nesta região, Anticorpos IgG presentes na amostra interagem com o Conjugado, formando o complexo: IgG de cão – conjugado.
A amostra continua a migrar pela tira imunocromatográfica, até alcançar a linha teste, onde o Anticorpo IgG de cão interage também com Antígeno de *Ehrlichia canis* imobilizado na linha teste, formando o complexo: Antígeno de *Ehrlichia canis* – IgG de cão – conjugado. Com isso, observa-se a formação de uma linha rósea – vermelha na linha teste; indicando resultado positivo.
O excesso de amostra continua migrando pela tira teste, até alcançar a linha controle, constituída de Anticorpo Anti-Conjugado, impregnado. Desta forma, observa-se a formação de uma segunda linha (linha controle); indicando que o teste apresentou um resultado válido.

REAGENTES
Número 1 (R1): Cassete – Conservar entre 15 e 30°C. **Não congelar.** Contém:

- A) 01 cassete plástico com 01 tira teste contendo:
- Região de Controle (C): Anticorpo de cabra Anti-Anticorpo de camundongo imobilizado.
- Região de Teste (T): Antígeno recombinante de *Ehrlichia canis* imobilizado.
- Conjugado: Anticorpo de camundongo Anti-IgG de cão; conjugado a partículas de ouro coloidal.

B) 01 sachê de sílica

Número 2 (R2): Diluente - Conservar entre 15 e 30°C. **Não congelar.** Contém: Solução tamponada e conservante.

Acessórios para Coleta:
- Pipeta plástica descartável

APRESENTAÇÃO

Reagente	Número de Cassetes por Embalagem	Diluente
Cassete + Diluente	10	1 x 2,5 mL
	25	1 x 5,0 mL
	10*	10 x 0,5 mL
	25*	25 x 0,5 mL
	5	1 x 1,25 mL

*Apresentações individuais.

EQUIPAMENTOS E INSUMOS OPERACIONAIS
Relógio ou cronômetro. Podem ser encontrados no mercado especializado de artigos para Laboratórios de Análises Clínicas.


CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE
A temperatura de armazenamento e transporte do produto deverá ser entre 15 e 30°C. Manter ao abrigo da luz solar direta. **Não congelar.** O cassete é sensível à umidade do ar. Por isso, deve ser mantido sempre dentro de sua embalagem primária (sachê aluminizado) inviolada, até o momento do uso.

- CUIDADOS ESPECIAIS**
1- Produto para diagnóstico *in vitro*, somente para uso veterinário.
2- Seguir com rigor a metodologia proposta para obtenção de resultados exatos.
3- Os cassetes (dispositivos de teste) não apresentam substâncias contaminantes, mas como as amostras são biológicas, o profissional deve seguir com rigor as normas e rotinas de segurança. O uso de luvas descartáveis e outros equipamentos de proteção individual é imprescindível.
4- Usar recipientes limpos e secos para acondicionar as amostras biológicas.
5- Abrir o envelope de alumínio para retirar o cassete (dispositivo de teste) somente no momento do uso.
6- O kit não deve ser congelado ou exposto a altas temperaturas, pois isto causará deterioração de seus componentes.
7- Os reagentes, bem como as amostras, devem atingir a temperatura ambiente antes de iniciar o teste.
8- Não utilizar reagentes de lotes ou kits diferentes.
9- Não utilizar kit fora da data de validade. O prazo de validade está indicado no rótulo do produto.
10- O cassete (dispositivo de teste) e o tubo capilar são descartáveis e não podem ser reutilizados.
11- Os materiais do kit que tiveram contato com a amostra do paciente devem ter um destino especial. Os tubos capilares, os cassetes (dispositivos de teste) e frascos de diluente devem ser descartados em lixo biológico.
12- Embalagem secundária (caixa), Instrução de Uso, envelope de alumínio e sachê de sílica podem ser descartados em lixo comum.
13- Recomendamos aplicar as normas locais, estaduais e federais de proteção ambiental para que o descarte dos reagentes e do material biológico seja feito de acordo com a legislação vigente.
14- Para obtenção de informações relacionadas à biossegurança ou em caso de acidentes com o produto, consultar as FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) disponibilizadas no site www.bioclin.com.br ou através de solicitação pelo SAC (Serviço de Assessoria ao Cliente) da Quibasa.

AMOSTRAS
Realizar o teste com soro, plasma ou sangue total.
Soro: Deixar o sangue coagular e depois centrifugar para separar o soro.
Plasma: Coletar o sangue total em tubo contendo anticoagulantes tais como Heparina, Citrato ou EDTA. Centrifugar o sangue e separar o plasma.
Sangue Total: Colete a amostra de sangue em tubo contendo EDTA, Heparina ou Citrato, utilizando procedimentos laboratoriais padrões. Amostras de sangue total devem ser testadas no prazo de 24 horas, podem ser armazenadas entre 2 e 8°C, e nunca congelar. Amostras de soro e plasma devem ser testadas imediatamente após a coleta, mas se necessário, elas podem ser armazenadas entre 2 e 8 °C por até 7 dias ou a -20°C por períodos mais longos.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO ESTABILIDADE APÓS ABERTO
A estabilidade dos cassetes (dispositivos de teste) do Eriquiose IgG VET FAST, após a abertura do sachê aluminizado, é de 2 horas. Esta estabilidade pode variar de acordo com as condições do ambiente após abertura do sachê aluminizado.

- TÉCNICA**
1 - A amostra deve estar em temperatura ambiente, antes de iniciar o teste.
2 - Remover o cassete (dispositivo de teste) da embalagem de alumínio e posicionar sobre uma superfície plana, seca e limpa.
3 - Coletar a amostra com o auxílio do capilar plástico descartável que acompanha o kit.
4 - Pressione o capilar acima do traço e encoste na amostra. Alieve a pressão para que a amostra seja aspirada. Aspire até o traço para obter o volume de 20 µL.
5 - Para dispensar a amostra, pressione novamente o capilar, encostando-o na membrana do teste no orifício de aplicação de amostra.
Nota: Alternativamente pode-se utilizar uma pipeta automática para coleta e adição da amostra.
6 - Segurar o frasco de Diluente (Reagente Nº 2) verticalmente e aplicar 2 gotas (70 µL) no orifício de aplicação da amostra.
7 - Aguardar a formação das linhas. Interpretar os resultados entre 15 e 20 minutos. Não interpretar após 20 minutos.



INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO

Resultado Reagente: Formação de duas linhas: uma na região controle (C) e uma na região teste (T). Qualquer intensidade de cor (clara ou escura) significa que o resultado é reagente. Não interpretar após 20 minutos.	
Resultado Não Reagente: Formação de uma linha na região controle (C) apenas. Não interpretar após 20 minutos.	
Resultado Inválido: A ausência de formação de linha na região controle (C), com ou sem formação de linha na região teste (T), indica erro no procedimento ou deteriorização do cassete. Neste caso, repetir o teste utilizando novo cassete.	

LIMITAÇÕES DO TESTE

Este produto é destinado para triagem de Erliquiose canina. A interpretação não deve ser estabelecida com base em um único ensaio. Devem-se incluir outros testes de confirmação, antes que uma amostra seja considerada positiva. Por isso, para o diagnóstico da doença, o profissional deve levar em consideração não apenas o resultado deste teste; mas, também os sinais clínicos, condições de saúde do animal e outros resultados de diagnóstico eventualmente disponíveis.

CONTROLE INTERNO DA QUALIDADE

O Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de controle da qualidade, onde procedimentos, normas, limites e tolerância para variações sejam claramente estabelecidos. É importante ressaltar que todos os sistemas de medição apresentam uma variabilidade analítica característica, que deve ser monitorada pelos próprios laboratórios. Para tanto, é recomendável a utilização de controles, que permitam avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.

DESEMPENHO DO PRODUTO

SENSIBILIDADE E ESPECIFICIDADE CLÍNICA

Este produto foi testado em comparação com outros métodos. Foram analisadas um total de 95 amostras caracterizadas para Erliquiose canina; sendo 37 amostras diagnosticadas como positivas e 58 diagnosticadas como negativas. Os resultados mostram que a sensibilidade clínica do produto 94,59% e a especificidade clínica é de 94,82%.

Método		Referência		Total
Cassete Erliquiose IgG VET FAST	Resultado	Reagente	Não Reagente	
	Reagente	35	3	
	Não Reagente	2	55	
Resultado Total		37	58	95

Sensibilidade Clínica: (35/37): 94,59% (IC 95%: 81,81% - 99,34%)
Especificidade Clínica: (55/58): 94,82% (IC 95%: 85,62% - 98,92%)
Precisão: (90/95): 94,73%

PRECISÃO

Repetibilidade

A repetibilidade foi calculada a partir de 10 determinações sucessivas, utilizando 2 amostras positivas diferentes. Foram obtidos os seguintes resultados:

Amostra	N° de Repetições	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
Amostra 1	10	Reagente	Reagente
Amostra 2	10	Reagente	Reagente

Reprodutibilidade

A reprodutibilidade foi calculada a partir de 10 determinações sucessivas durante 3 dias consecutivos, utilizando 2 amostras positivas diferentes. Foram obtidos os seguintes resultados:

Amostra	N° de Dias	N° de Repetições	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
Amostra 1	03	10	Reagente	Reagente
Amostra 2	03	10	Reagente	Reagente

SIGNIFICADO CLÍNICO

A erliquiose é uma doença causada por bactérias do gênero *Ehrlichia*, que parasitam células sanguíneas como leucócitos, eritrócitos, células endoteliais e plaquetas. A transmissão ocorre pela picada do carrapato marrom (*Rhipicephalus sanguineus*). O carrapato se contamina com a bactéria após o repasto sanguíneo em cães com alta parasitemia, o que comumente ocorre na fase aguda da doença. O período de incubação da erliquiose no cão varia entre 8 a 20 dias, e os sinais clínicos observados incluem petéquias na pele e mucosas, aumento dos linfonodos, hepatomegalia e esplenomegalia, apatia, perda de peso, inapetência, anorexia, febre, corrimento nasal e ocular. Quando o tratamento não resulta na eliminação total do organismo podem ocorrer recidivas posteriores. O diagnóstico rápido baseado na detecção de anticorpos contra *Ehrlichia* permite estabelecimento do protocolo de tratamento adequado, evitando o agravamento da doença.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

- 1- COUTO, C.G. Doenças Rickettsiais In: BIRCHARD, SHERDING, Manual Saunders: Clínica de pequenos animais. Ed. Roca: 139-42, 1998
- 2- ETTINGER, S. J. FELDMAN, E. C. Tratado de Medicina Interna Veterinária. 4 ed. São Paulo: Editora Manole. 1992.
- 3- WOLDEHIWET, Z.; RISTIC, M. Rickettsial and chlamydial diseases of domestic animals, 1ed, Oxford, Pergamon Press, 1993, 427 p.
- 4- WOODY, B.J.; HOSKINS, J.D. Erlichial Diseases of dogs. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice. n.1. v. 21, p.129-140. Janeiro1991.
- 5- QUIBASA: Dados do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento.

GARANTIA DE QUALIDADE

Antes de serem liberados para o consumo, todos os produtos da **Bioclin** são testados pelo Departamento de Controle da Qualidade. A qualidade dos reagentes é assegurada até a data de validade mencionada na embalagem, desde que armazenados e transportados nas condições adequadas.



QUIBASA QUÍMICA BÁSICA Ltda
Rua Teles de Menezes, 92 - Santa Branca
CEP 31565-130 - Belo Horizonte - MG - Brasil
Tel.: (31) 3439.5454 | E-mail: bioclin@bioclin.com.br
CNPJ: 19.400.787/0001-07 - Indústria Brasileira

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Serviço de Assessoria ao Cliente
Tel.: 0800 0315454 | E-mail: sac@bioclin.com.br

Produto Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento desde 31/01/2020 sob o número 10.304/2020.

Responsável Técnico: Dra. Camila Eckstein (CRMV/MG 20611)

Revisão: Março/2023

SIMBOLOGIA UNIVERSAL



NÚMERO DE CATÁLOGO



FABRICADO POR



NÚMERO DO LOTE



CONTROLE



DATA DE FABRICAÇÃO



CONTROLE POSITIVO



DATA DE VALIDADE
(último dia do mês)



CONTROLE NEGATIVO



LIMITE DE TEMPERATURA
(conservar a)



RISCO BIOLÓGICO



O CONTEÚDO É SUFICIENTE
PARA <N> TESTE



INFLÂMVEL



CONSULTAR INSTRUÇÕES
DE USO



CORROSIVO



PRODUTO PARA
DIAGNÓSTICO IN VITRO



TÓXICO



PROTEGER DA
LUZ E CALOR



NÃO UTILIZAR SE A
EMBALAGEM ESTIVER
DANIFICADA



NÃO REUTILIZE



PRODUTO
ESTERELIZADO



CUIDADO



PERIGO

EHRlichiosis IgG VET FAST

REF VET001

INSTRUCCIONES DE USO

FINALIDAD

Prueba inmunocromatográfica rápida para la determinación cualitativa de Anticuerpos IgG Anti-*Ehrlichia canis* en muestras caninas de suero, plasma o sangre completa.

PRINCIPIO DE ACCIÓN

Metodología: inmunocromatografía.

Ehrlichiosis IgG VET FAST es una prueba de diagnóstico *in vitro* para la detección rápida y cualitativa de Anticuerpos IgG Anti-*Ehrlichia canis* en muestras de sangre, suero o plasma de perros. El casete consiste en una membrana de nitrocelulosa impregnada con la línea de prueba de Antígeno recombinante *Ehrlichia canis*. El Conjugado consiste en un Anticuerpo de ratón Anti-IgG de perro conjugado con partículas de oro coloidales. Cuando la muestra se agrega al casete, migra por capilaridad hasta que alcanza el Conjugado. En esta región, los Anticuerpos IgG presentes en la muestra interactúan con el Conjugado, formando el complejo: IgG de perros – conjugado. La muestra continúa migrando a través de la tira inmunocromatográfica hasta llegar a la línea de prueba, donde el Anticuerpo IgG de perro también interactúa con el Antígeno inmovilizado de *Ehrlichia canis* en la línea de prueba, formando el complejo: Antígeno de *Ehrlichia canis* – IgG de perro – conjugado. Esto muestra la formación de una línea rosa – roja en la línea de prueba; indicando resultado positivo. El exceso de muestra continúa migrando a través de la tira reactiva hasta llegar a la línea de control que consiste en un Anticuerpo Anti-Conjugado impregnado. Así, se observa la formación de una segunda línea (línea de control); indicando que la prueba arrojó un resultado válido.

REACTIVOS

Numero 1 (R1): Casete - Almacenar a una temperatura de 15 a 30°C. **No congelar.** Contiene:

- A)** 01 casete plástico con 01 tira de prueba contiendo:
- Región de control (C): Anticuerpo de cabra Anti-ratón inmovilizado.
 - Región de prueba (T): Antígeno recombinante de *Ehrlichia canis* inmovilizado.
 - Conjugado: Anticuerpo de ratón Anti-IgG para perros; conjugado con partículas de oro coloidales.

B) 01 bolsita de sílice

Numero 2 (R2): Diluyente - Almacenar a una temperatura de 15 a 30°C. **No congelar.** Contiene: Solución tamponada y conservante.

Accesorios para Recolección:

- Pipeta plástica desechable

PRESENTACIONES

Reactivo	Número de casetes por Embalaje	Diluyente
Cassete + Diluyente	10	1 x 2,5 mL
	25	1 x 5,0 mL
	10*	10 x 0,5 mL
	25*	25 x 0,5 mL
	5	1 x 1,25 mL

* Presentaciones individuales.

EQUIPAMIENTOS E INSUMOS OPERACIONALES

Reloj o cronómetro. Pueden ser encontrados en el mercado especializado de artículos para Laboratorios de Análisis Clínicos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

La temperatura de almacenamiento y transporte del producto debe ser de 15 a 30°C. Mantener alejado de la luz solar directa. **No congelar.** El casete es sensible a la humedad del aire. Por lo tanto, siempre debe mantenerse en su embalaje primario inviolado (bolsita aluminizada) hasta el momento de su uso.

CUIDADOS ESPECIALES

- Producto para el uso diagnóstico *in vitro*, solamente para uso veterinario.**
- Seguir estrictamente la metodología propuesta para obtener resultados exactos.
- Los casetes (dispositivos de prueba) no contienen contaminantes; pero como las muestras son biológicas, el profesional debe seguir estrictamente las normas y rutinas de seguridad. El uso de guantes desechables y otros equipos de protección personal es esencial.
- Use recipientes limpios y secos para empacar muestras biológicas.
- Abra el sobre de aluminio para retirar el casete solo durante el uso.
- El kit no debe congelarse ni exponerse a altas temperaturas, ya que esto provocará el deterioro de sus componentes.
- Los reactivos, así como las muestras, deben alcanzar la temperatura ambiente antes de comenzar la prueba.
- No use reactivos de diferentes lotes o kits.
- No utilizar el kit fuera de la fecha de caducidad. El plazo de validez se indica en la etiqueta del producto.
- El casete (dispositivo de prueba) y el tubo capilar son desechables y no se pueden reutilizar.
- Los materiales del kit que tuvieron contacto con la muestra del paciente deben tener un destino especial. El descarte de los tubos capilares, los casetes (dispositivos de prueba) y los frascos de diluyente deben ser desechados en basura biológica.
- Embalaje secundario (caja), Instrucción de Uso, bolsita de aluminio y bolsita de sílice pueden ser descartados en basura común.
- Recomendamos que aplique estándares de protección ambiental locales, estatales y federales para eliminar los reactivos y el material biológico de acuerdo con la legislación aplicable.
- Para la obtención de información relacionada con la bioseguridad o en caso de accidentes con el producto, consultar las FISPQ (Ficha de Datos de Seguridad de Productos Químicos) disponibles en www.bioclin.com.br o a través de solicitud por el SAC (Servicio de Asesoría al Cliente) Quibasa.

MUESTRAS

Realizar la prueba con suero, plasma o sangre completa. **Suero:** permita que la sangre coagule y luego centrifugue para separar el suero. **Plasma:** recolecte sangre completa en un tubo que contenga anticoagulantes como heparina, citrato o EDTA. Centrifugar la sangre y separar el plasma. **Sangre completa:** recolecte la muestra de sangre en un tubo que contenga EDTA, heparina o citrato utilizando procedimientos de laboratorio estándar. Las muestras de sangre completa deben analizarse dentro de las 24 horas, pueden almacenarse a 2-8°C y nunca congelarse. Las muestras de suero y plasma deben analizarse inmediatamente después de la recolección, pero si es necesario, pueden almacenarse a 2-8°C por hasta 7 días o a -20°C por períodos más largos.


DESCRIPCION DEL PROCESO ESTABILIDAD DESPUÉS DE ABRIR

La estabilidad de los casetes Ehrlichiosis IgG VET FAST (dispositivos de prueba) después de abrir el sobre aluminizado es de 2 horas. Esta estabilidad puede variar según las condiciones ambientales después de abrir el sobre aluminizado.


USO VETERINÁRIO

TÉCNICA

- La muestra debe estar a temperatura ambiente antes de comenzar la prueba.
- Retire el casete (dispositivo de prueba) del embalaje de aluminio y colóquelo sobre una superficie plana, seca y limpia.
- Recolectar la muestra con ayuda del tubo capilar plástico desechable que acompaña el kit.
- Apriete el tubo capilar encima del trazado marcado y apoye en la muestra. Alivie la presión para que la muestra sea aspirada. Aspirar a la marca para obtener un volumen de 20 µL.
- Para dispensar la muestra, presione el capilar nuevamente, tocándolo contra la membrana de la prueba en el pozo de aplicación de muestra.
- Nota:** Alternativamente, se puede usar una pipeta automática para recolectar y agregar la muestra.
- Sostener el frasco de Diluyente (Reactivo N° 2) verticalmente y aplicar 2 gotas (70 µL) en el pozo de aplicación de muestra.
- Esperar la formación de las líneas. Interpretar los resultados entre 15 y 20 minutos. No interprete después de 20 minutos.



INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO

Prueba Reactiva: Formación de dos líneas: una en la región control (C) y una en la región de prueba (T). Cualquier intensidad de color (claro u oscuro) significa que el resultado es reactivo. No interpretar después de 20 minutos.	
Prueba no reactiva: Formación de una línea en la región de control (C) apenas. No interpretar después de 20 minutos.	
Prueba Inválida: La ausencia de formación de línea en la región del control (C), con o sin formación de línea en la región del prueba (T), indica error en el procedimiento o deterioro del casete. En este caso, repetir la prueba utilizando nuevo casete.	

LIMITACIONES DE PRUEBA

Este producto está destinado a la detección de Ehrlichiosis canina. La interpretación no debe basarse en un solo ensayo. Se deben incluir otras pruebas confirmatorias antes de que una muestra se considere positiva. Por lo tanto, para el diagnóstico de la enfermedad, el profesional debe tener en cuenta no solo el resultado de esta prueba; pero también los signos clínicos, las condiciones de salud animal y otros resultados de diagnóstico que pueden estar disponibles.

CONTROL INTERNO DE CALIDAD

El Laboratorio Clínico debe poseer un programa interno de control de calidad, donde procedimientos, normas, límites y tolerancia para variaciones sean claramente establecidos. Es importante resaltar que todos los sistemas de medición presenten una variabilidad analítica característica, que debe ser controlada por los propios laboratorios. Por lo tanto, es recomendable la utilización de controles, que permiten evaluar la precisión y la exactitud de las dosificaciones.

DESEMPEÑO DEL PRODUCTO
SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD CLÍNICA

Este producto ha sido probado contra otros métodos. Se analizaron un total de 95 muestras caracterizadas por Ehrlichiosis canina; siendo 37 muestras fueron diagnosticadas como positivas y 58 fueron diagnosticadas como negativas. Los resultados muestran que la sensibilidad clínica del producto es del 94,59% y la especificidad clínica es del 94,82%.

Método		Referência		Total
Casete Ehrlichiosis IgG VET FAST	Resultado	Reactivo	No reactivo	
	Reactivo	35	3	
	No Reactivo	2	55	
Resultado Total		37	58	95

Sensibilidad clínica: (35/37): 94,59%(IC 95%: 81,81% - 99,34%)
Especificidad clínica: (55/58): 94,82% (IC 95%: 85,62% - 98,92%)
Precisión: (90/95): 94,73%

PRECISIÓN
Repetibilidad

La repetibilidad fue calculada a partir de 10 determinaciones sucesivas, utilizando 2 muestras diferentes, obteniéndose los siguientes resultados:

Muestras	N° de Repeticiones	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
Muestras 1	10	Reactivo	Reactivo
Muestras 2	10	Reactivo	Reactivo

Reproducibilidad

La reproducibilidad fue calculada a partir de 10 determinaciones sucesivas durante 3 días consecutivos, utilizando 2 muestras diferentes, obteniéndose los siguientes resultados:

Muestras	N° de Días	N° de Repeticiones	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
Muestras 1	03	10	Reactivo	Reactivo
Muestras 2	03	10	Reactivo	Reactivo

SIGNIFICACIÓN CLÍNICA

La ehrlichiosis es una enfermedad causada por bacterias del género *Ehrlichia*, que parasitan células sanguíneas como leucocitos, eritrocitos, células endoteliales y plaquetas. La transmisión se produce por la picadura de la garrapata marrón (*Rhipicephalus sanguineus*). La garrapata se contamina con la bacteria después de la ingestión de sangre en perros con parasitemia alta, que comúnmente ocurre en la fase aguda de la enfermedad. El período de incubación de la ehrlichiosis en perros varía entre 8 y 20 días, y los signos cínicos observados incluyen petequias en la piel y mucosas, agrandamiento de los ganglios linfáticos, hepatomegalia y esplenomegalia, apatía, pérdida de peso, inapetencia, anorexia, fiebre, secreción nasal y ojo. Cuando el tratamiento no da como resultado la eliminación total del cuerpo, pueden ocurrir más recaídas. El diagnóstico rápido basado en la detección de anticuerpos frente a *Ehrlichia* permite establecer un protocolo de tratamiento adecuado, evitando el agravamiento de la enfermedad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1- COUTO, C.G. Doenças Rickettsiais In: BIRCHARD, SHERDING, Manual Saunders: Clínica de pequenos animais. Ed. Roca: 139-42, 1998
2- ETTINGER, S. J. FELDMAN, E. C. Tratado de Medicina Interna Veterinária. 4 ed. São Paulo: Editora Manole. 1992.
3- WOLDEHIWET, Z.; RISTIC, M. Rickettsial and chlamydial diseases of domestic animals, 1ed, Oxford, Pergamon Press, 1993, 427 p.
4- WOODY, B.J.; HOSKINS, J.D. Erlichial Diseases of dogs. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice. n.1. v. 21, p.129-140. Janeiro1991.
5- QUIBASA: Dados do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento.

GARANTÍA DE CALIDAD

Antes de ser liberados para el consumo, todos los reactivos de **Bioclin** son testados por el Departamento de Control de Calidad. La calidad de los reactivos es asegurada hasta la fecha de validez mencionada en el embalaje, desde que sean almacenados y transportados en las condiciones adecuadas.

 **QUIBASA QUÍMICA BÁSICA Ltda.**
Rúa Teles de Menezes, 92 - Santa Branca
CEP 31565-130 - Belo Horizonte - MG - Brasil
Tel.: (31) 3439.5454 | E-mail: bioclin@bioclin.com.br
CNPJ: 19.400.787/0001-07 - Indústria Brasileira

ATENDIMIENTO AL CONSUMIDOR
Servicio de Asesoría al Cliente
Tel.: 0800 0315454 | E-mail: sac@bioclin.com.br

Producto con licencia en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento desde el 31/01/2020 con el número 10.304/2020.

Responsable técnico: Dra. Camila Eckstein (CRMV/MG 20611)

Revisión: Marzo/2023

SIMBOLOGÍA UNIVERSAL

	NUMERO DE CATALOGO		FABRICADO POR
	NUMERO DE LOTE		CONTROLAR
	FECHA DE FABRICACIÓN		CONTROL POSITIVO
	FECHA DE VALIDEZ (último día del mes)		CONTROL NEGATIVO
	LÍMITE DE TEMPERATURA (tienda)		RIESGO BIOLÓGICO
	EL CONTENIDO ES SUFICIENTE PARA <N> PRUEBA		INFLAMABLE
	VER INSTRUCCIONES DE USO		CORROSIVO
	PRODUCTO DE DIAGNÓSTICO IN VITRO		TÓXICO
	PROTEGER DE LUZ Y CALOR		NO UTILICE SI EL EMBALAJE ESTÁ DAÑADA
	NO REUTILIZA		PRODUCTO ESTERILIZADO
	PRECAUCIÓN		PELIGRO

EHRlichiosis IgG VET FAST

VETERINARY USE

 VET001

INSTRUCTIONS FOR USE

PURPOSE

Fast immunochromatographic test for the qualitative determination of Anti-*Ehrlichia canis* IgG Antibodies in canine serum, plasma or whole blood samples.

PRINCIPLE OF ACTION

Methodology: Immunochromatography.
Ehrlichiosis IgG VET FAST is an *in vitro* diagnostic test for the rapid and qualitative detection of Anti-*Ehrlichia canis* IgG Antibodies in blood, serum or plasma samples from dogs.
The cassette consists of a nitrocellulose membrane impregnated with the *Ehrlichia canis* recombinant Antigen test line. The conjugate consists of a mouse Antibody Anti-dog IgG conjugated to colloidal gold particles. When the sample is added to the cassette, it migrates by capillary action until it reaches the Conjugate. In this region, the IgG Antibodies present in the sample interact with the Conjugate, forming the complex: dog IgG – conjugate.
The sample continues to migrate through the immunochromatographic strip until it reaches the test line, where the dog IgG Antibody also interacts with the immobilized Antigen of *Ehrlichia canis* in the test line, forming the complex: *Ehrlichia canis* Antigen – dog IgG – conjugate. This shows the formation of a pink-red line on the test line; indicating positive result.
Sample excess continues to migrate through the test strip until it reaches the control line, which is composed of impregnated Anti-conjugate Antibody. Thus, the formation of a second line (control line) is observed; indicating that the test yielded a valid result.

REAGENTS

Number 1 (R1): Cassette - Store between 15 and 30°C. **Do not freeze.** It contains:

- A)** 01 plastic cassette with 01 test strip containing
- Control region (C): Goat Antibody Anti-mouse Antibody immobilized.
 - Test region (T): Immobilized *Ehrlichia canis* recombinant Antigen.
 - Conjugate: Mouse Antibody Anti-dog IgG, colloidal gold conjugate.

B) 01 sachet of silica

Number 2 (R2): Diluent - Store between 15 and 30°C. **Do not freeze.** Contains: Buffer solution and preservative.

Collection Accessories:

- Disposable plastic pipette

PRESENTATIONS

Reagent	Number of Cassettes for Package	Diluent
Cassette + Diluent	10	1 x 2.5 mL
	25	1 x 5.0 mL
	10*	10 x 0.5 mL
	25*	25 x 0.5 mL
	5	1 x 1.25 mL

*Individual presentations.

EQUIPMENTS AND OPERATIONAL INPUTS

Clock or stopwatch. They are in the specialized market of articles for Clinical Analysis Laboratories.

TRANSPORTATION AND STORAGE CONDITIONS

The storage and transport temperature of the product must be between 15 and 30°C. Keep away from direct sunlight. **Do not freeze.** The cassette is sensitive to air humidity. Therefore, it should always be kept in its inviolate primary packaging (aluminized sachet) until the time of use.

SPECIAL CARE

- 1- Product for *in vitro* diagnosis, for veterinary use only.**
- 2- Strictly follow the methodology proposed for obtaining results.
- 3- Cassettes (test devices) do not contain contaminants; but since the samples are biological, the professional must strictly follow the safety rules and routines. The use of disposable gloves and other personal protective equipment is essential.
- 4- Use clean, dry containers to package biological samples.
- 5- Open the aluminum envelop to remove the cassette only at the time of use.
- 6- The kit cannot be frozen or exposed to high temperatures, since this will cause deterioration of its components.
- 7- The reagents, as well as the samples, should reach room temperature before starting the test.
- 8- Do not use reagents from different lots or kits.
- 9- Do not use kit beyond its expiration date. The expiry date is stated on the product label.
- 10- The cassette (test device) and the capillary tube are disposable and cannot be reused.
- 11- The kit materials that had contact with the sample of the patient must have a special destination. The capillary tube the cassettes (test devices) and diluent vials should be disposed of in organic waste.
- 12- Secondary packaging (box), Instruction for use, aluminum envelope and silica sachet can be disposed of in trash common.
- 13- We recommend to apply the local, state and federal environmental protection so that the disposal of reagents and biological material is done in accordance with the current legislation.
- 14- To obtain information related to biosafety or in case of accidents with the product, consult the MSDS (Material Safety Data Sheet) available on the website www.bioclin.com.br or through request by the Customer Service Department (SAC) of the Quibasa.

SAMPLES


Perform the test with serum, plasma or whole blood.
Serum: Allow blood to clot and then centrifuge to separate serum.
Plasma: Collect whole blood in a tube containing anticoagulants such as heparin, citrate, or EDTA. Centrifuge the blood and separate the plasma.
Whole blood: Collect the blood sample in a tube containing EDTA, heparin, or citrate using standard laboratory procedures.
Whole blood samples should be analyzed within 24 hours, can be stored at 2-8°C and never be frozen.
Serum and plasma samples should be analyzed immediately after collection, but if necessary, they can be stored at 2-8°C for up to 7 days or at -20°C for longer periods.

DESCRIPTION OF PROCESS STABILITY AFTER OPEN



The stability of Ehrlichiosis IgG VET FAST cassettes (test devices) after opening the aluminized sachet is 2 hours. This stability may vary according to the environmental conditions after opening the aluminized sachet.

TECHNIQUE

- 1- The sample should be at room temperature before starting the test.
 - 2- Remove the cassette (test device) from the protective packaging and place it on a clean, dry and level surface
 - 3- Collect the sample using the disposable capillary tube that accompanies the kit.
 - 4- Tighten the capillary tube above the marked trace and touch the sample. Relieve the pressure so the sample is aspirated. Aspirate until the trace marked to obtain the volume of 20 µL.
 - 5- Dispense the sample by pressing the pipette again, touching the test membrane at the sample well.
- Note: Alternatively, an automatic pipette can be used to collect and add the sample.
- 6- Hold the Diluent bottle (Reagent N° 2) vertically and apply 2 drops (70 µL) in sample well.
 - 7- Wait for the lines to form. Interpret the results between 15 and 20 minutes. Do not interpret after 20 minutes.



INTERPRETATION OF RESULTS

Reactive Test: Formation of two lines: one in the control region (C) and one in the test region (T). Any color intensity (light or dark) means the result is reactive. Do not interpret after 20 minutes.	
Not Reactive Test: Line formation only in control region (C). Do not interpret after 20 minutes.	
Invalid Test: The absence of line formation in the control region (C), with or without line formation in the test region (T), indicates procedure error or deterioration of the cassette. In this case, repeat the test using a new cassette.	

TEST LIMITATIONS

This product is intended for screening for canine Ehrlichiosis. Interpretation should not be based on a single essay. Other confirmatory tests must be included before a sample is considered positive. Therefore, for the diagnosis of the disease, the professional must take into account not only the result of this test; but also, clinical signs, animal health conditions, and other diagnostic results that may be available.

INTERNAL QUALITY CONTROL

The Clinical Laboratory must have an internal program of quality control, where procedures, standards, limits and tolerance for variations are clearly established. It is important to note that all measuring systems characteristic analytical variability, which should be monitored by the laboratories themselves. Therefore, it is the use of controls, which allow the assessment of the precision and accuracy of dosages.

PRODUCT PERFORMANCE

CLINICAL SENSITIVITY AND SPECIFICITY

This product has been tested comparing with other methods. A total of 95 samples characterized by canine Ehrlichiosis were analyzed; 37 samples were diagnosed as positive and 58 were diagnosed as negative. The results show that the clinical sensitivity of the product is 94.59% and the clinical specificity is 94.82%.

Method		Reference		Total
Cassette Ehrlichiosis IgG VET FAST	Result	Reactive	No reactive	
	Reactive	35	3	
	Not Reactive	2	55	57
Total result		37	58	95

Clinical sensitivity: (35/37): 94.59%(IC 95%: 81.81% - 99.34%)
Clinical Specificity: (55/58): 94.82% (IC 95%: 85.62% - 98.92%)
Precision: (90/95): 94.73%

PRECISION

Repeatability

Repeatability was calculated from 10 successive determinations, using 2 different samples, obtaining the following results:

Samples	N° of Repetitions	Expected Result	Found Result
Sample 1	10	Reactive	Reactive
Sample 2	10	Reactive	Reactive

Reproducibility

Reproducibility was calculated from 10 successive determinations over 3 consecutive days, using 2 different samples, obtaining the following results:

Samples	N° of Days	N° of Repetitions	Expected Result	Found Result
Sample 1	03	10	Reactive	Reactive
Sample 2	03	10	Reactive	Reactive

CLINICAL SIGNIFICANCE

Ehrlichiosis is a disease caused by bacteria of the *Ehrlichia* genus, which parasitize blood cells such as leukocytes, erythrocytes, endothelial cells and platelets. Transmission occurs through the bite of the brown tick (*Rhipicephalus sanguineus*). The tick is contaminated with the bacteria after the blood meal in dogs with high parasitemia, which commonly occurs in the acute phase of the disease. The incubation period for ehrlichiosis in dogs varies between 8 to 20 days, and the cynical signs observed include petechiae in the skin and mucous membranes, lymph node enlargement, hepatomegaly and splenomegaly, apathy, weight loss, inappetence, anorexia, fever, runny nose and eye. When treatment does not result in total elimination from the body, further relapses may occur. Rapid diagnosis based on the detection of antibodies against *Ehrlichia* allows the establishment of an adequate treatment protocol, avoiding the worsening of the disease.condition.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

- 1- COUTO, C.G. Doenças Rickettsiais In: BIRCHARD, SHERDING, Manual Saunders: Clínica de pequenos animais. Ed. Roca: 139-42, 1998
2- ETTINGER, S. J. FELDMAN, E. C. Tratado de Medicina Interna Veterinária. 4 ed. São Paulo: Editora Manole. 1992.
3- WOLDEHIWET, Z.; RISTIC, M. Rickettsial and chlamydial diseases of domestic animals, 1ed, Oxford, Pergamon Press, 1993, 427 p.
4- WOODY, B.J.; HOSKINS, J.D. Erlichial Diseases of dogs. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice. n.1. v. 21, p.129-140. Janeiro1991.
5- QUIBASA: Dados do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento.

QUALITY GUARANTEE

Before being released for consumption, all **Bioclin** reagents are tested by the Quality Control Department. The quality of the reagents is assured until the validity date mentioned on the packaged, as long as they are stored and transported under the appropriate conditions.



QUIBASA QUÍMICA BÁSICA Ltda
Rua Teles de Menezes, 92 - Santa Branca
CEP 31565-130 - Belo Horizonte - MG - Brasil
Tel.: (31) 3439.5454 | E-mail: bioclin@bioclin.com.br
CNPJ: 19.400.787/0001-07 - Made in Brazil

CONSUMER SERVICE

Customer Support Service
Tel.: 0800 0315454 | E-mail: sac@bioclin.com.br

Product licensed in the Ministry of Agriculture, Livestock and Supply since 31/01/2020 with the number 10.304/2020.

Technical manager: Dra. Camila Eckstein (CRMV/MG 20611)

Review: March/2023

UNIVERSAL SYMBOLOGY



CATALOG NUMBER



LOT NUMBER



MANUFACTURING DATE



VALIDITY DATE
(last day of the month)



TEMPERATURE LIMIT
(store)



CONTENT IS SUFFICIENT
FOR <N> TEST



SEE INSTRUCTIONS
FOR USE



IN VITRO DIAGNOSTIC
PRODUCT



KEEP AWAY
FROM SUNLIGHT



DO NOT REUSE



CAUTION



MADE BY



CONTROL



POSITIVE CONTROL



NEGATIVE CONTROL



BIOLOGICAL RISK



FLAMMABLE



CORROSIVE



TOXIC



DO NOT USE IF
PACKAGE IS
DAMAGED



PRODUCT
STERILIZED



DANGER