

PRODUTO: **ERLIQUIOSE IGG VET FAST**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **VET001**

LOTE: **001/23**

FABRICAÇÃO: **04/2023**

VALIDADE: **04/2025**

REGISTRO NO MAPA: **10.304/2020**

## RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

| CARACTERÍSTICA ANALISÁVEL | AMOSTRA  | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO ENCONTRADO |
|---------------------------|----------|--------------------|----------------------|
| SORO VET 01               | V0302023 | Positivo           | Positivo             |
| SORO VET 02               | V0312023 | Positivo           | Positivo             |
| SORO VET 03               | V0322023 | Positivo           | Positivo             |
| SORO VET 04               | V0332023 | Positivo           | Positivo             |
| SORO VET 05               | V0342023 | Positivo           | Positivo             |
| SORO VET 06               | V0392023 | Negativo           | Negativo             |
| SORO VET 07               | V0402023 | Negativo           | Negativo             |
| SORO VET 08               | V0412023 | Negativo           | Negativo             |
| SORO VET 09               | V0422023 | Negativo           | Negativo             |
| SORO VET 10               | V0432023 | Negativo           | Negativo             |

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 19/04/2023



Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica

Controle de Qualidade