

PRODUTO: **FIV AC/FELV AG COMBO VET FAST**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **VET013**

LOTE: **002/22**

FABRICAÇÃO: **06/2022**

VALIDADE: **05/2024**

REGISTRO NO MAPA: **10.283/2019**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

CARACTERÍSTICA ANALISÁVEL	AMOSTRA	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO ENCONTRADO
SORO VET 01	V1282022	Positivo FIV	Positivo FIV
SORO VET 02	V1292022	Positivo FELV	Positivo FELV
SORO VET 03	V1252022	Negativo FIV	Negativo FIV
SORO VET 04	V1302022	Positivo FELV	Positivo FELV
SORO VET 05	V1262022	Positivo FIV	Positivo FIV
SORO VET 06	V1312022	Positivo FELV	Positivo FELV
SORO VET 07	V1832020	Negativo FIV/Positivo FELV	Negativo FIV/Positivo FELV
SORO VET 08	V1132020	Negativo FIV/Positivo FELV	Negativo FIV/Positivo FELV
SORO VET 09	V1182022	Negativo FIV/Negativo FELV	Negativo FIV/Negativo FELV
SORO VET 10	V1192022	Negativo FIV/Negativo FELV	Negativo FIV/Negativo FELV
SORO VET 11	V1202022	Negativo FIV/Negativo FELV	Negativo FIV/Negativo FELV
SORO VET 12	V1212022	Negativo FIV/Negativo FELV	Negativo FIV/Negativo FELV
SORO VET 13	V1222022	Negativo FIV/Negativo FELV	Negativo FIV/Negativo FELV

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 07/06/2022

Bárbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade