

PRODUTO: **FIV AC/FELV AG COMBO VET FAST**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **VET013**

LOTE: **006/22**

FABRICAÇÃO: **10/2022**

VALIDADE: **09/2024**


REGISTRO NO MAPA: **10.283/2019**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

CARACTERÍSTICA ANALISÁVEL	AMOSTRA	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO ENCONTRADO
SORO VET 01	V2322022	Positivo FIV	Positivo FIV
SORO VET 02	V2332022	Positivo FELV	Positivo FELV
SORO VET 03	V1282022	Positivo FIV	Positivo FIV
SORO VET 04	V2342022	Positivo FELV	Positivo FELV
SORO VET 05	V1292022	Negativo FIV/Positivo FELV	Negativo FIV/Positivo FELV
SORO VET 06	V2382022	Negativo FIV/Negativo FELV	Negativo FIV/Negativo FELV
SORO VET 07	V2392022	Negativo FIV/Negativo FELV	Negativo FIV/Negativo FELV
SORO VET 08	V2402022	Negativo FIV/Negativo FELV	Negativo FIV/Negativo FELV
SORO VET 09	V2412022	Negativo FIV/Negativo FELV	Negativo FIV/Negativo FELV
SORO VET 10	V2422022	Negativo FIV/Negativo FELV	Negativo FIV/Negativo FELV

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 31/10/2022



Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica

Controle de Qualidade