

PRODUTO: **FIV AC/FELV AG COMBO VET FAST**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **VET013**

LOTE: **006/23.1**

FABRICAÇÃO: **07/2023**

VALIDADE: **06/2025**

REGISTRO NO MAPA: **10.283/2019**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

CARACTERÍSTICA ANALISÁVEL	AMOSTRA	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO ENCONTRADO
SORO VET 01	V1282022	Positivo FIV	Positivo FIV
SORO VET 02	V2352022	Positivo FELV	Positivo FELV
SORO VET 03	V1272022	Positivo FIV	Positivo FIV
SORO VET 04	V1332022	Positivo FELV	Positivo FELV
SORO VET 05	V1152022	Positivo FIV	Positivo FIV
SORO VET 06	V1832020	Positivo FELV	Positivo FELV
SORO VET 07	V2422022	Negativo FIV/Negativo FELV	Negativo FIV/Negativo FELV
SORO VET 08	V2412022	Negativo FIV/Negativo FELV	Negativo FIV/Negativo FELV
SORO VET 09	V0532023	Negativo FIV/Positivo FELV	Negativo FIV/Positivo FELV
SORO VET 10	V0572023	Negativo FIV/Negativo FELV	Negativo FIV/Negativo FELV

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 29/09/2023



Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica

Controle de Qualidade