



BIOÍONS SOLUÇÃO PARA ELETRODO REFERÊNCIA / REFERENCE ELECTRODE FILLING SOLUTION

R10205

INSTRUÇÕES DE USO

FINALIDADE

Reagente utilizado para complemento do eletrodo de Potássio. Somente para uso diagnóstico *in vitro*.

Indicado para:

Analizador de Eletrólitos / Íons Seletivos.

REAGENTES

Número 1- Bioíons Solução para Eletrodo Referência / Reference Electrode Filling Solution - Conservar entre 5 e 35°C. Contém: Cloreto de Potássio < 1% e água.

APRESENTAÇÃO

Apresentação	Volume
1	15 mL
2	100 mL

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

A temperatura de armazenamento e transporte deverá ser de 5 a 35°C. Manter ao abrigo da luz e evitar umidade.

CUIDADOS ESPECIAIS

- 1- Somente para uso diagnóstico *in vitro* profissional.
- 2- Seguir com rigor a metodologia proposta para a obtenção de resultados exatos.
- 3- Recomendamos aplicar as normas locais, estaduais e federais de proteção ambiental para que o descarte dos reagentes e do material biológico seja feito de acordo com a legislação vigente.
- 4- Para obtenção de informações relacionadas à biossegurança ou em caso de acidentes com o produto, consultar as FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) disponibilizadas no site www.bioclin.com.br ou através de solicitação pelo SAC (Serviço de Assessoria ao Cliente) da Quibasa.
- 5- Não utilizar o produto em caso de danos na embalagem.
- 6- É imprescindível que os instrumentos e equipamentos utilizados estejam devidamente calibrados e submetidos às manutenções periódicas.
- 7- O reagente deve estar à temperatura ambiente para uso.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO

Retornar à temperatura ambiente antes do uso. O uso desta solução deve ser de acordo com o especificado no manual do fabricante do aparelho. Para maiores informações entrar em contato através do SAC.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1- QUIBASA: Dados do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento.
- 2- Caretium Medical Instruments Co., Ltd.: Dados do Fabricante

GARANTIA DE QUALIDADE

A qualidade dos reagentes é assegurada até a data de validade mencionada na embalagem de apresentação, desde que armazenados e transportados nas condições adequadas.

Fabricado por:

Caretium Medical Instruments Co., Ltd.
CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Beishan Industrial Park 7th floor building 1,
Beishan Road, Yantian, Shenzhen.

Registrado, Importado e Distribuído por:

QUIBASA QUÍMICA BÁSICA Ltda
Rua Teles de Menezes, 92 - Santa Branca
CEP 31565-130 - Belo Horizonte - MG - Brasil
Tel.: (31) 3439.5454
E-mail: bioclin@bioclin.com.br
CNPJ: 19.400.787/0001-07 - Indústria Brasileira

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Serviço de Assessoria ao Cliente
Tel.: 0800 0315454
E-mail: sac@bioclin.com.br

Número de Registro da FAMÍLIA BIOÍONS SOLUÇÕES
PARA ELETRODOS na ANVISA: 10269360287

Revisão: Agosto/2024