

Catálogo: K117

TRIGLICÉRIDES MONOREAGENTE

Nº de testes: 500

Versão: 20/11/2018 | Cód.: 00

Observações: APRESENTAÇÃO:

K117-1

Reagente N°1 – Reagente Enzimático – 1 x 100 mL

Reagente N°2 – Padrão – 1 x 3 mL

Os reagentes são prontos para uso.

Nome do teste		<input type="text" value="TRIGLICÉRIDES"/>		Tipo	<input type="text" value="SORO"/>	Ativo	<input type="text"/>	
Amostra	Volume	<input type="text" value="2.0"/>	Dil	<input type="text" value="0"/>	µL	Fator de diluição	<input type="text" value="1"/>	
Reagentes	Volume R1	<input type="text" value="200"/>	Dil	<input type="text" value="0"/>	µL	DO mín	DO máx	
	Volume R2	<input type="text" value="0"/>	Dil	<input type="text" value="0"/>	µL	Mín.	Máx.	
Comp. de onda	Pri	<input type="text" value="520"/>	Seg	<input type="text"/>	Limite da DO dos reagentes			
Método	<input type="text" value="P. Final"/>				R1 mín.	<input type="text" value="-2.0000"/>	R1 máx	<input type="text" value="2.5000"/>
Declive da reação	<input type="text" value="+"/>				R2 mín.	<input type="text" value="-2.0000"/>	R2 máx	<input type="text" value="2.5000"/>
Intervalo de leitura-1	Início	<input type="text" value="0"/>	Fim	<input type="text" value="27"/>	Limites de Linearidade			
Intervalo de leitura-2	Início	<input type="text"/>	Fim	<input type="text"/>	Mín	<input type="text" value="2.6"/>	Máx	<input type="text" value="900.0"/>
Tolerância	<input type="text"/>				Fator de correlação			
Há período instável?	<input type="text"/>				A	<input type="text" value="1.000000"/>	B	<input type="text" value="0.000000"/>
				Estabilidade a bordo				<input type="text"/>

Notas: A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica Biocal – K072 para Calibração. (Calibração: AB - Fórmula: Y = AX +B)
Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle Biocontrol N – K073 e Biocontrol P – K074.

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.