

Catálogo: K088-27

LDL DIRETO

Nº de Testes: 50

Versão: 21/06/2018

Cód.: 01

APRESENTAÇÃO:

K088-27

Reagente N°1 – Reagente Enzimático – 1 x 30 mL

Reagente N°2 – Reagente de Cor – 1 x 10 mL

Reagente N°3 – Calibrador – 1 x 5 mL

PREPARO DO CALIBRADOR (REAGENTE N° 3) _ APRESENTAÇÃO 27:

Abrir cuidadosamente o frasco e adicionar exatamente 5 mL de água destilada. Homogeneizar e deixar em repouso por 30 minutos. Evite a formação de espuma e que o material fique aderido à parede do frasco. Estável por 1 semana entre 2 e 8°C.

TÉCNICA:

Em um tubo de ensaio pipetar 600 µL do Reagente N°1 (Enzimático) e 6 µL de Amostra ou Calibrador. Homogeneizar e incubar por 5 minutos em Banho-Maria a 37°C.

Em seguida, pipetar 200 µL do Reagente N°2 (Reagente de Cor), homogeneizar e aspirar imediatamente para iniciar a medição.

MODO	T. F.
WL 1	546
WL 2	---
BLANK ?	NÃO
BLK-AMOS/PAD ?	NÃO / NÃO
CUB. FLUXO ?	SIM
TEMP ?	37 °C
VOL. ASP.	450
RETARDO	10
PADRÃO?	SIM
PAD. (QUANT)	ÚNICO
P1	#
UNID.	mg/dL
DECIMAIS	1
LIM. LIN MÍN	5.6
LIM. LIN MÁX	998
INT. CINÉTICO	180
DIR.	INCR
ABS. REAT MIN	#
ABS. REAT MAX	#
ABS. PAD MÍN	#
ABS. PAD MÁX	#
VR/VN MIN	0.0
VR/VN MAX	100

A Bioclin recomenda o uso do Reagente N° 3 (Calibrador – Concentração no Rótulo) ou do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração. Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.