

Catálogo: K209

Fe AUTOMAÇÃO

Nº de Testes: 400

Versão: 15/03/2019

Cód.: 00

K209-2

Reagente Nº 1 – Tampão Redutor – 2 x 40 mL

Reagente Nº 2 – Reagente de Cor – 2 x 10 mL

Reagente Nº 3 – Padrão – 1 x 3 mL

**Designations**

Name

Code

Type

Group

**1 - Pipeting**

Reagent 1 ID	FERR-1	
Reag 1 bottle	Small	
Reagent 2 ID	FERR-2	
Reag 2 bottle	Small	

	1st		2nd	
Sample vol	<input type="text" value="25"/>	µL	<input type="text"/>	µL
Reagent 1 vol	<input type="text" value="200"/>	µL	<input type="text"/>	
Reagent 2 vol	<input type="text"/>	µL	<input type="text" value="50"/>	µL

Diluent vol  µL

**2 - Temp**

Incubation 1	<input type="text" value="180"/>	sec
Incubation 2	<input type="text" value="180"/>	sec
Reading	<input type="text" value="36"/>	sec

**3 - Wavelengths**

Wavelength 1	<input type="text" value="578"/>	nm
Wavelength 2	<input type="text" value="-"/>	nm

**4 - Washing**

Needle	<input type="text" value="1"/>
Cuvette	<input type="text" value="1"/>

**5 - Incompatibility**

1	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**6 - Limits**

Blank OD min	<input type="text" value="-0,1"/>	Abs
Blank OD max	<input type="text" value="2,5"/>	Abs
Reaction Slope	<input type="text" value="Positive"/>	Abs
OD Range min	<input type="text" value="-1"/>	Abs
OD Range max	<input type="text" value="2,5"/>	Abs

**7 - Autodilution**

Rate	<input type="text" value="0"/>	
Max OD	<input type="text" value="0"/>	Abs

**8 - Dilutions**

Serum			
	1:1	1:2	1:4
	1:10	1:40	1:100
Urine			
	1:1	1:2	1:4
	1:10	1:40	1:100

**9 - Pathological ranges**

Minimum	Sample Type	Maximum

**10 - Result Units**

Units 1	<input type="text" value="µg/dL"/>
Units 2	<input type="text" value="-"/>
Conversion	<input type="text" value="0"/>
Decimal Digits	<input type="text" value="2"/>

Min Conc	<input type="text" value="3"/>	µg/dL
Max Conc	<input type="text" value="1500"/>	µg/dL

Calibração: Linear 2 Pontos.

Nível 1 = Água (0 µg/dL)

Nível 2 = Biocal

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.