

Catálogo: K049

TRANSAMINASE ALT (TGP) CINÉTICA

Nº de Testes: 500

Versão: 28/01/2019

Cód.: 00
K049-6

Reagente Nº 1 – Substrato – 2 x 40 mL

Reagente Nº 2 – Coenzima – 2 x 10 mL

Os Reagentes são prontos para uso.

Chemistry Parameters1

Method No.	<input type="text" value="#"/>	Method Name	<input type="text" value="AST"/>	R1	<input type="text" value="AST"/>	Reagent (µl)	<input type="text" value="160"/>	Water (µl)	<input type="text" value="0"/>
Print Name	<input type="text" value="AST (TGO)"/>			R2	<input type="text" value="AST"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="0"/>		
Sample Type	<input type="text" value="Serum"/>			Diluent	<input type="text" value="H<sub>2</sub>O"/>				<input type="text"/>
Unit	<input type="text" value="U/L"/>			Sample Ppt Wash	<input type="text" value="Disable"/>				
Assay Type	<input type="text" value="Rate"/>								

Measuring Points	Start	End		Stirring Speed		
	1 <input type="text" value="29"/>	-	<input type="text" value="38"/>	R1	<input type="text" value="Middle"/>	R2 <input type="text" value="Middle"/>
	2 <input type="text" value="Disable"/>	-	<input type="text"/>			

Wave Length	Pri	<input type="text" value="340"/>	Sec	<input type="text" value="-"/>
-------------	-----	----------------------------------	-----	--------------------------------

Normal	Sample Volume (µl)					Technical Range
	Low	Normal	High			Conc.
Dilution	<input type="text" value="0.0"/>	< <input type="text" value="20"/>	< <input type="text" value="0.0"/>			<input type="text" value="3"/>
Rerun (High/Prozone)						- <input type="text" value="400"/>
Dilution	<input type="text" value="0.0"/>	< <input type="text" value="20"/>	< <input type="text" value="0.0"/>			(mAbs./10) <input type="text" value="-999999"/>
Rerun (Low)						- <input type="text" value="999999"/>
Dilution	<input type="text" value="0.0"/>	< <input type="text" value="20"/>	< <input type="text" value="0.0"/>			Prev. Result Comparison (%)
						<input type="text" value="9999999.00"/>
						<input type="text" value="0.00"/> %
						Abnormal Range
						(Conc.) <input type="text" value="0.00"/>
						- <input type="text" value="9999999.00"/>
						Panic Range
						(Conc.) <input type="text" value="0.00"/>
						- <input type="text" value="9999999.00"/>

Decimal Point	<input type="text" value="0"/>	Profile SI	<input type="text" value="Disable"/>
---------------	--------------------------------	------------	--------------------------------------

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos a utilização dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.