

Catálogo: K051

CÁLCIO ARSENAZO III

Nº de testes: 500

Versão: 22/10/2018 | Cód.: 00

Observações: APRESENTAÇÃO:

K051-2

Reagente N° 1 – Arsenazo – 2 x 50 mL

Reagente N° 2 – Padrão – 1 x 3 mL

Método	<input type="text" value="Ponto Final"/>	Filtro Principal	<input type="text" value="630"/>	Filtro Sec	<input type="text" value="NO"/>
<input type="text" value="Branco"/>	<input type="text" value="Reagente"/>	Decimal	<input type="text" value="2"/>	Unidade	<input type="text" value="mg/dL"/>
Volume R1	Posição R1	Incubação	<input type="checkbox"/> Branco Reagente <input type="text" value="0.0000"/>		
<input type="text" value="200"/>	<input type="text" value="#"/>	<input type="text" value="120 s"/>	Baixo	<input type="text" value="0.0000"/>	
Volume R2	Posição R2	Incubação	Alto	<input type="text" value="3.0000"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Fator de Diluição	<input type="text" value="2"/>	
Volume Amostras	Leitura	Veloc. Agitador	Intervalo de Linearidade	<input type="text" value="20.0"/>	
<input type="text" value="2.0"/>	<input type="text" value="40 s"/>	<input type="text" value="Médio"/>			
Fornecedor (s) Reag.	<input type="text" value="BIOCLIN"/>	Correlação		Y=	<input type="text" value="1.0"/>
				X=	<input type="text" value="0.0"/>
Informação R1	Informação R2	Limite da reação da absorbância <input type="text"/>			
N. Lote	<input type="text" value="#"/>	N. Lote	<input type="text" value="#"/>	<input type="text" value="N. Lote"/>	
R1 Cód. barras	<input type="text" value="#"/>	R2 Cód. barras	<input type="text" value="#"/>	<input type="text" value="Código de barra reagente"/>	
Data expiração	<input type="text" value="#"/>	Data expiração	<input type="text" value="#"/>		
Data validade	<input type="text" value="#"/>	Data validade	<input type="text" value="#"/>		

Notas: A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica Biocal – K072 para Calibração. Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle Biocontrol N – K073 e Biocontrol P – K074.

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.