

Catálogo: K117

TRIGLICÉRIDES MONOREAGENTE

Nº de testes: 500

Versão: 22/10/2018 | Cód.: 00

Observações: APRESENTAÇÃO:

K117-1

Reagente N°1 – Reagente Enzimático – 1 x 100 mL

Reagente N°2 – Padrão – 1 x 3 mL

Método	<input type="text" value="Ponto Final"/>	Filtro Principal	<input type="text" value="510"/>	Filtro Sec	<input type="text" value="NO"/>
<input type="text" value="Branco"/>	<input type="text" value="Reagente"/>	Decimal	<input type="text" value="2"/>	Unidade	<input type="text" value="mg/dL"/>
Volume R1	<input type="text" value="200"/>	Posição R1	<input type="text" value="#"/>	Incubação	<input type="text" value="300 s"/>
Volume R2	<input type="text"/>	Posição R2	<input type="text"/>	Incubação	<input type="text"/>
Volume Amostras	<input type="text" value="2.0"/>	Leitura	<input type="text" value="40 s"/>	Veloc. Agitador	<input type="text" value="Médio"/>
Fornecedor (s) Reag.	<input type="text" value="BIOCLIN"/>			Correlação	
				Y=	<input type="text" value="1.0"/>
				X=	<input type="text" value="0.0"/>
Informação R1		Informação R2		Limite da reação da absorbância	<input type="text"/>
N. Lote	<input type="text" value="#"/>	N. Lote	<input type="text" value="#"/>	<input type="text" value="0.0000"/>	<input type="text" value="0.0000"/>
R1 Cód. barras	<input type="text" value="#"/>	R2 Cód. barras	<input type="text" value="#"/>	Alto	<input type="text" value="3.0000"/>
Data expiração	<input type="text" value="#"/>	Data expiração	<input type="text" value="#"/>	Fator de Diluição	<input type="text" value="2"/>
Data validade	<input type="text" value="#"/>	Data validade	<input type="text" value="#"/>	Intervalo de Linearidade	<input type="text" value="900.0"/>
				N. Lote	<input type="text"/>
				Código de barra reagente	<input type="text"/>

Notas: A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica Biocal – K072 para Calibração. Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle Biocontrol N – K073 e Biocontrol P – K074.

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.