

Catálogo: K051-2

CÁLCIO ARSENAZO III

Nº de Testes: 100

Versão: 02/07/2018

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO:

K051-2

Reagente Nº 1 – Arsenazo – 2 x 50 mL

Reagente Nº 2 – Padrão – 1 x 3 mL

Os reagentes são prontos para uso.

| MODO | PONTO FINAL |
|------------------------|-------------|
| TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO | 5 |
| BRANCO DO REAGENTE | SIM |
| VALIDADE DO BRANCO | --- |
| FILTRO PRIMÁRIO | 630 |
| TEMPERATURA | 37 |
| UNIDADE | mg/dL |
| VOLUME ASPIRADO | 700 |
| NÚMERO DE PADRÕES | 1 |
| PADRÃO 1 | 10,0 |
| FATOR DE CALIBRAÇÃO | --- |
| N. DE REPLICATAS | 3 |
| MODELO DE CALIBRAÇÃO | LIN |
| DECIMAS | 1 |
| LIM LIN MIN | 0 |
| LIM LIN MAX | +20,0 |
| CONTROLE DE QUALIDADE | 0 |
| INCLINAÇÃO | +1,000 |
| INTERSEÇÃO | +0,000 |

A Bioclin recomenda o uso do Reagente Nº 2 (Padrão 10,0 mg/dL) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.