

Catálogo: K049-6

TRANSAMINASE ALT (TGP) CINÉTICA

Nº de Testes: 100

Versão: 02/07/2018

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO:

K049-6

Reagente Nº 1 – Substrato – 2 x 40 mL

Reagente Nº 2 – Coenzima – 2 x 10 mL

PREPARO DO REAGENTE DE TRABALHO PARA DOSAGEM MONORREAGENTE:

Misturar 4 partes do reagente Nº 1 com uma 1 parte do reagente Nº 2. O Reagente de Trabalho é estável 72 horas entre 15 e 30°C e 2 semanas entre 2 e 8°C.

MODO	CINÉTICO
TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO	60
INTERVALO CINÉTICO	60
NÚMERO DE INTERVALOS	3
DESVIO LINEARIDADE	1
BRANCO DO REAGENTE	NÃO
VALIDADE DO BRANCO	---
FILTRO PRIMÁRIO	340
TEMPERATURA	37
UNIDADE	U/L
VOLUME ASPIRADO	700
NÚMERO DE PADRÕES	0
PADRÃO 1	---
FATOR DE CALIBRAÇÃO	1746
N. DE REPLICATAS	---
MODELO DE CALIBRAÇÃO	LIN
DECIMAS	0
LIM LIN MIN	0
LIM LIN MAX	400
CONTROLE DE QUALIDADE	0
INCLINAÇÃO	1.000
INTERSEÇÃO	0.000

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.